


160002

**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/17/IRA/1594/06  
Hoja 1 de 3

**ACTA DE INSPECCION**



D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado, el día dieciséis de octubre de dos mil seis, en el **HEINEKEN ESPAÑA S.A.**, sita en la [REDACTED] Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya última autorización de modificación (MO-5) fue concedida por el Ministerio de Economía, con fecha 14 de mayo de 2002.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

- La instalación se encuentra señalizada y dispone de medios para establecer un acceso controlado. \_\_\_\_\_
- Disponen de [REDACTED] forma:


**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/17/IRA/1594/06  
Hoja 2 de 3

- [REDACTED]
- Los trenes [REDACTED] se encuentran en la misma nave. \_\_\_\_\_
  - El equipo [REDACTED], con fuente de [REDACTED] se encuentra desmontado y almacenado en el sótano de envasado. Que con fecha 12-7-01 solicitaron a ENRESA su retirada. \_\_\_\_\_
  - Cada equipo disponen de cuatro dosímetros de área. \_\_\_\_\_
  - [REDACTED] efectúa semestralmente pruebas de hermeticidad (11-9-06).
  - El monitor de radiación ha sido calibrado en la [REDACTED] con fecha 19 de abril de 2005 y verificado en 2006. \_\_\_\_\_
  - En el Diario de Operación figuran las pruebas de hermeticidad y medida de niveles. \_\_\_\_\_
  - Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador, solicitadas las renovaciones en fecha 19-7-06. \_\_\_\_\_
  - Efectúan reconocimientos médicos anuales en [REDACTED] \_\_\_\_\_
  - Han remitido al CSN el informe anual. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 1171/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de octubre de dos mil seis.



CSN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR


=====

**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **HEINEKEN ESPAÑA S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Soy mi conformidad al contenido del presente acta a la vez que le comunico que no he observado en la misma ninguna información que pudiera ser considerada por vosotros como reservada, confidencial y no publicable.

Tomé que comite firmo la presente en Sevilla a 31 de Octubre de 2006



Fdo. [Redacted] [Signature]  
Jefe de Ser. Grlos y Supervisor