

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día tres de noviembre de dos mil diez en el la CLINICA DENTAL DE D. [REDACTED] cuyo titular es el mismo, de CIF [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] en Almería (C.P.-04005).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 27/03/1996.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES


#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación consta de 3 equipos, distribuidos del modo siguiente:
  - Sala 1.- Equipo intraoral [REDACTED]
  - Sala 2.- Equipo intraoral [REDACTED]
  - Sala 3.- Equipo panorámico F [REDACTED] me. \_\_\_\_\_
- Las tres salas colindan entre sí, estaban señalizadas con trébol gris y disponen de acceso controlado. La sala del equipo panorámico se encontraba plomada en todos sus colindamientos laterales. \_\_\_\_\_







- Disponían de delantal y collarín plomados. \_\_\_\_\_
- El equipo  dispone de RadioVisioGrafía. \_\_\_\_\_




## **DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN**


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, en la sala del equipo  se hicieron medidas de tasas de dosis en la posición del operador, obteniéndose valores máximos de 2  $\mu$ Sv/h. \_\_\_\_\_

## **TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION**

- El Director disponía de Acreditación del CSN para ello. \_\_\_\_\_
- Se disponía de 1 dosímetros TL personal, a nombre de D.  , cuyas lecturas son efectuadas por el   Los valores de los registros dosimétricos a fecha mayo de 2010 eran de 0'36 mSv en 5 años. \_\_\_\_\_
- Según manifestaron no hay otro personal expuesto a radiaciones aparte del propio Director. \_\_\_\_\_

## **CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN**


- Estaba disponible un ejemplar del Programa de Protección Radiológica, elaborado por  \_\_\_\_\_
- Se disponía de un contrato escrito con la UTPR  de fecha 1997.
- Se disponía de Informe de Dosis a Paciente, firmado por un radiofísico.
- No se disponía de registro de incidencias o averías porque, según manifestaron, no las ha habido. \_\_\_\_\_
- Se disponía de los resultados del último control de calidad, realizado por  en febrero de 2010. En él no figuran anomalías \_\_\_\_\_



## DESVIACIONES

- No disponía de carteles de aviso a embarazadas, incumpléndose por tanto el artículo 9.1 del Real Decreto 1976/1999 sobre criterios de control de calidad en radiodiagnóstico. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a once de noviembre de dos mil diez.



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro **“CLINICA DENTAL DE D. \_\_\_\_\_” (Almería)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*CONFORME*

*ALMERIA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2010*

