

CSN



CONSEJO D
SEGURIDAD

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 16003

Fecha: 24-07-2009 12:34

CSN/AIN/24/IRA-0876/09

Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

184303

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día siete de julio de dos mil nueve, en **TORRASPAPEL, SA**, sita en el [REDACTED] en Motril (Granada)

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya última autorización (MO-6), fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 10 de junio de 2002.


Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Operador de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En el edificio [REDACTED] en la denominada [REDACTED] se encontraban instalados cuatro equipos de la firma [REDACTED] mod. [REDACTED] con dos fuentes radiactivas cada uno de Kr-85 de 14.8 GBq. de actividad, números de serie: [REDACTED] Cabezal 1º: [REDACTED] intermedia [REDACTED] además con fuente de Fe-55 de 3.7 GBq nº.8977 [REDACTED]

- A. En el denominado edificio [REDACTED] en la denominada [REDACTED] se encontraban instalados tres equipos [REDACTED] con fuentes radiactivas de Kr-85, números: [REDACTED] otra de Fe-55 nº.KO583; [REDACTED]



- En el denominado edificio [REDACTED], Estucadoras, se encontraban instalados tres equipos [REDACTED], con fuentes radiactivas de Kr-85, números: 4651BX(305), 4652BX(305), 4650BX(300).-----
- Los niveles de radiación medidos en la instalación, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Disponían de un equipo de medida de la radiación, [REDACTED] modelo [REDACTED] nº.1049, calibrado en el [REDACTED] en fecha 2006.-----
- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de ref.284.1.87; registros dosimétricos referidos a tres usuarios, al mes de mayo de 2009, sin valores significativos; Licencia de Operación (1 Supervisor y 2 Operadores); Pruebas de hermeticidad a las fuentes radiactivas de Fe-55 y niveles de radiación a todas las fuentes radiactivas, por [REDACTED] ref. 0080/FR/09; Vigilancia médica realizada en el propio Servicio Médico.---
- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 18ª, relativa al envío del informe anual de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de julio de dos mil nueve.

[REDACTED]
TorrasPapel S.A.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 de RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "TORRASPAPEL, SA.", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.