

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintidós de septiembre de dos mil quince en el **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO**, sito en [REDACTED] en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a diagnóstico clínico, cuya autorización de Puesta en Marcha fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía con fecha 2 de junio de 1991 y cuya última autorización de modificación (MO-2) fue concedida con fecha 29 de octubre de 1998.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Director Gerente, D^a. [REDACTED], Supervisora y D. [REDACTED] y D. [REDACTED], Jefes del Servicio de Protección Radiológica, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada y disponía de medios para establecer un acceso controlado, estando situada en la planta [REDACTED] del Hospital Maternal. _____
- En el Diario de Operación figura la entrada y gasto de material radiactivo (P-32), no habiendo tenido actividad en 2015. _____
- El Servicio de Protección Radiológica retira los residuos radiactivos y efectúa controles de radiación y contaminación. _____





- Disponen de una Licencia de Supervisora. _____
- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- El Servicio de Medicina Preventiva, cita anualmente al personal con Licencia para efectuar reconocimientos médicos. _____
- Han remitido al CSN el Informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de septiembre de dos mil quince.




TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Como Jefe del Servicio de Protección Radiológica, manifiesto mi conformidad con los contenidos del Acta de Inspección CSN/AIN/25/IRA/1753/15.

Jefe de Servicio de Protección Radiológica del H.U.V.R.