

COPIA

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día treinta de junio de dos mil diez en la CLINICA ALMUSALUD, cuyo titular es "Almusalud Dental C.B.", de NIF nº [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] de Almuñecar, en Granada (C.P.-18690).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 28/07/2004.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] Higienista dental de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación disponía de 1 único equipo, dental intraoral, instalado en una sala no plomada y con acceso marcado con trébol reglamentario. El equipo era de marca y modelo [REDACTED] con nº/s RIXA094, provisto de marcado CE. _____
- El equipo es operado desde el exterior, mediante un pulsador alejado de la sala. _____



- Eran visibles carteles de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de delantales plomados. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma líquido, en selección de "molar", se midieron tasas de dosis de "fondo" en la ubicación del operador y 4 $\mu\text{Sv/h}$ en el pasillo de acceso a la sala. _____
- Disponían de un TLD de Área, leído por el _____ y con lecturas, a mayo de 2010, de 0'00 mSv/5 años. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- Dirige la instalación D^a. _____ que dispone de Acreditación del CSN para ello. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Disponían de un contrato con la UTPR _____ de prestación de servicios en materia de protección radiológica. _____
- Disponían de un informe de control de calidad del equipo, realizado el 18/09/2009, por el técnico D. _____. En él figura una dosis en el pasillo de 450 $\mu\text{Sv/h}$, en la vigilancia de áreas. _____

DESVIACIONES


- En la inscripción registral figura un segundo equipo de radiografía convencional, de marca y modelo _____ que ya no existe en la instalación. Según manifestaron dicho equipo fue retirado hace años de la clínica por parte de una empresa de venta y asistencia técnica. De esta operación no se ha efectuado la reglamentaria notificación a la Administración de Industria de la Comunidad Autónoma, por lo que se incumple así el artículo 13 del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____





- D^a [REDACTED] que opera los equipos, no dispone de la correspondiente Acreditación del CSN para ello, incumpléndose por tanto el artículo 23 del citado Real Decreto 1085/2009. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de julio de dos mil diez.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "**CLINICA ALMUSALUD**" (**Almuñécar**) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Almuñécar, 2 de Agosto de 2010

A/A DELEGACIÓN DE INDUSTRIA DE GRANADA

A través de la presente, le adjunto certificado de desmontaje y retirada del equipo [REDACTED] y modelo [REDACTED] que estaba instalado en la Clínica Almusalud, C.B. de la C/ [REDACTED] de Almuñécar (Granada) y actualmente instalado en la Clínica Dr. [REDACTED] de Málaga.

Ruego, comuniquen el cambio de titularidad de dicho equipo donde proceda.

Sin más se despide atentamente

[REDACTED]
A [REDACTED] B.
F [REDACTED] ERÍA
1 [REDACTED] nada)

[REDACTED]
Gerente de Almusalud, C.B.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14747

Fecha: 17-08-2010 09:34

Almuñécar, 2 de Agosto de 2010.

A través de la presente le adjunto certificado de desmontaje y retirada del equipo [REDACTED] y modelo [REDACTED] que estaba instalado en la Clínica Almusalud, cuyo titular es "Almusalud Dental, C.B." de N.I.F. [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la C/ [REDACTED] de Almuñécar (Granada) y actualmente instalado en la Clínica Dr [REDACTED] C/ [REDACTED] de Málaga. (Adjunto escrito de la delegación de Industria)

Y certificado de D^a [REDACTED] donde acredita el poder operar los equipos de rayos X con fines de diagnóstico dental en la clínica Almusalud.

Así mismo queremos hacer manifestar que D^a [REDACTED] no opera con dicho equipo, se limita bajo la supervisión de Doña [REDACTED] y bajos sus ordenes a pulsar ocasionalmente el botón de disparo ubicado fuera de la sala dental, no obstante habiendo recibido la advertencia por parte de la inspección, procederá a obtener la licencia correspondiente del CSN, quedando advertida de esta situación de no pulsar el disparador.

Ruego quede constancia donde proceda lo anteriormente citado y sin más reciban un cordial saludo

[REDACTED]
[REDACTED] C.B.

Fdo. [REDACTED]
Gerente de Almusalud Dental, C.B.

DIGITALIZADO SRO