

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector,

CERTIFICA: Que se personó el día veintiuno de julio de dos mil dieciséis en **Clínica Dental** [REDACTED], con CIF/NIF [REDACTED] que se encuentra ubicada en [REDACTED], Granada.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, y que se encuentra inscrita en el registro oficial de la Junta de Andalucía.

La Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone de un equipo de uso dental:
 - Equipo intraoral marca [REDACTED] modelo [REDACTED] con n/s del generador 03259892 y tubo de rayos X con n/s 69024. _____
- La sala donde se encuentra el equipo dispone de señalización de zona radiológica. _____
- El equipo se acciona mediante interruptor externo a la sala. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- No se midieron tasas de dosis por ausencia del director de la instalación durante la inspección. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- D. _____ dispone de acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico. _____
- Estaba disponible el informe de lectura dosimétrica de mayo del año 2016 emitido por _____. No mostraba valores significativos. _____
- Disponen de material de radioprotección. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Disponen de contrato formalizado con la UTPR _____ de fecha 15/04/16. _____
- Estaba disponible el Programa de Protección Radiológica. _____
- Disponen del informe del control de calidad realizado por el técnico de la UTPR D. _____ en fecha 11/05/16. _____
- Disponen de los resultados sobre vigilancia anual de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y áreas colindantes accesibles al público de fecha 11/05/16. _____
- Estaba disponible el informe de estimación de dosis a paciente con la firma del radiofísico D. _____.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre

Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de julio de dos mil dieciséis.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del **"Clínica Dental Silvia Baena César"** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

