

182094

CSN/AIN/14/IRA/1435/09



Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

16-04-2009

CERTIFICA: Que se personó el día (trece de febrero de dos mil nueve) en **MESAPA S.A.**, sita en la planta semisótano de la **CLÍNICA SANTIAGO**, de la c/ [REDACTED], en Huesca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya última autorización (MO-3) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 4 de octubre de 2004.

Que la Inspección fue recibida por el D^a [REDACTED] Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de señalización adecuada, medios para establecer el control de accesos, extintor de fuego y para descontaminación (TDF).-----
- En el momento de la inspección se encontraba disponible material radiactivo marcado con Mo99/Tc99m y I-123, dentro de los límites autorizados, así como dos fuentes radiactivas, una de Cs-137 de ref. 18320 Para la verificación del activímetro, otra de Co-57 de ref. 5519/1093 de 3,60 MBq en fecha 2008, así como otras dos fuera de uso, de Co-57, de ref. OM262 y MZ658.-----

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL


ENTRADA 10731

Fecha: 11-05-2009 09:59



- Los niveles de radiación medidos en la instalación, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación. [redacted] modelo [redacted], ref. s/certificado 5681, calibrado en la [redacted] en fecha 2006.-----
- Disponen de medios adecuados para el almacenamiento y manipulación de material y de residuos radiactivos, consta se retiran periódicamente los generadores de Tc99m, por la firma suministradora, consta se hallan retirado 5, en fecha 10 .03.2009.-----
- Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de referencia. 31.03.98, Licencia de Supervisora; Registros dosimétricos correspondientes a dos usuarios al mes de febrero de 2009, sin valores significativos, realizando la vigilancia médica en [redacted]-----
- Se realizan controles de los niveles de radiación y contaminación en las dependencias de la instalación, pruebas que garantizan la hermeticidad de las fuentes y verificación del monitor de radiación anualmente por la [redacted], última con fecha IX-2008.-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp.15, relativa al informe anual de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de abril de dos mil nueve.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "MESAPA S.A.", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme

Muesca 5 de mayo de 2009

Supervisora