Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/13/IRA/1354/06

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

1354/06

[redacted]

ACTA DE INSPECCION

[redacted] Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día doce de septiembre de dos mil seis en **EUROPAC, Papeles y Cartones de Europa S.A.**, sita en [redacted]

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada a la determinación de gramaje de papel, cuya última autorización (MO-4) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía en fecha 4 de septiembre de 2002, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por [redacted] Supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

[redacted]

La instalación radiactiva dispone de un equipo de la firma [redacted]

La instalación se encontraba señalizada como Zona Controlada, excepto en un lateral que carecía de señalización y dispone de medios de control de accesos.

- Los niveles de radiación medidos en la zona de acceso al equipo no superaron el fondo radiológico ambiental.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

- Disponen de tres dosímetros de área. Estaban disponibles sus lecturas dosimétricas, procesadas por [redacted] con último registro julio de 2006, y con valores de fondo. _____,
- Disponen de un detector de radiación portátil de la firma [redacted] calibrado en origen en mayo de 2005. _____
- Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación, según el mismo realizarán la calibración del equipo cada dos años. Realizan la verificación mensual y disponen de registros. _____
- Disponen de un Diario de Operación firmado, ref. 118.01.86, donde se anotan datos sobre la vigilancia de área mensual. _____
- Las revisiones del equipo las realiza la firma suministradora del equipo.
- Con fecha marzo de 2005 [redacted] emitió un certificado de conformidad del equipo. _____
- Disponen de una licencia de Supervisor caducada. _____
- El 15 de septiembre de 2006 se ha recibido en el Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual del año 2005. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de septiembre de dos mil seis.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de **"EUROPAC, Papeles y Cartones de Europa S.A."**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.