



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día diez de junio de dos mil trece en las instalaciones de la **FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE** sitas en la [REDACTED] Gijón (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a usos médicos ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por don [REDACTED] don [REDACTED] y don [REDACTED] Supervisores de la instalación radiactiva quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la última autorización de la instalación radiactiva de segunda categoría, relativa a la MO-1, fue realizada por resolución de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 16 de febrero de 2007.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

En un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba instalado un acelerador lineal de electrones marca [REDACTED], modelo [REDACTED] número de serie 3108 (equipo A). Además, se encuentra instalado un detector marca [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie 544, calibrado por [REDACTED] en 2006.-----

En otro recinto blindado, adyacente al anterior y, también señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba instalado un acelerador lineal de electrones marca [REDACTED], modelo [REDACTED]

SEGURIDAD

al de Jove

nto

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

_____ número de serie 3570 (equipo B). Además, se encuentra instalado un detector marca _____ modelo _____ número de serie 618/377, calibrado por _____ en 2007.-----

La firma suministradora realiza trimestralmente una revisión del funcionamiento de los equipos, siendo las últimas de abril (A) y mayo (B). Además, por la propia instalación se realizan las pruebas mensuales, trimestrales y semestrales de los equipos establecidas en el protocolo. Disponen de procedimiento de calibración de los monitores de radiación. Todos los enclavamientos se verifican periódicamente.-----

Fue exhibida la siguiente documentación: Diarios de Operación (101.01.06 y 103/01/07); tres licencias de Supervisor y siete de Operador; certificados de aptitud para el trabajo con radiaciones ionizantes realizados por el Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud de la Fundación Hospital de Jove; registros dosimétricos, realizados por _____ correspondientes a catorce usuarios y cinco de área, siendo los últimos correspondientes al mes de mayo y sin valores significativos (fondo). Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2012.---

e.GUR.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a once de junio de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Cand.