

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED] Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinte de junio de dos mil catorce en las instalaciones de **LINPAC PLASTICS PRAVIA, S.A.**, sitas en [REDACTED] (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso industrial ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por don [REDACTED] responsable del Servicio de Prevención, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la última autorización de la instalación radiactiva de segunda categoría fue realizada por resolución fechada en agosto de 2007.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

En una nave dotada de sistema de extinción de incendios y provista de acceso controlado, se encuentran instaladas tres líneas de fabricación de lámina de APET. Para controlar su gramaie una de ellas dispone de un equipo [REDACTED] que emplea una fuente encapsulada de Kr-85 de 14,8 GBq (400 mCi) convenientemente señalizada.-----

El cabezal con la otra fuente encapsulada de Kr-85 de 370 MBq (10 mCi) que se ha desmontado de la línea y se ha introducido en el contenedor de transporte en el que, en su día, se recibió, continúa

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

guardado en el despacho del responsable de mantenimiento de la instalación.-----

Los niveles de radiación medidos en las proximidades del equipo instalado y en contacto con el embalaje se encontraban dentro de los límites autorizados.-----

Disponen de un equipo [REDACTED] número de serie 16471, para detección y medida de radiación calibrado por [REDACTED] el 16 de octubre de 2009.-----

Fue exhibida la siguiente documentación: Diario de operación de la instalación (245.06); registros dosimétricos correspondientes a un dosímetro personal y otro de área realizados por [REDACTED] siendo los últimos los correspondientes al mes de abril de 2014, no presentando valores significativos; Asepeyo realiza anualmente la vigilancia médica de los trabajadores.-----

Consta presentación de informe anual correspondiente a 2013.-----

DESVIACIONES

Continúa en proceso de renovación la única licencia de Supervisor que tiene la instalación y no se ha efectuado el cambio de titularidad producido en 2012.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintitrés de junio de dos mil catorce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **LINPAC PLASTICS PRAVIA, S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

LA CALZADA
PRAVIADeseño
★
11

DILIGENCIA

En relación con los comentarios realizados al Acta de Inspección de referencia **CSN-AST/AIN/10/IRA/2790/14** de fecha 20 de junio de 2014,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 15 de julio de 2014



Fdo.:

