

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintitrés de marzo de dos mil once en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Mieres (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.


Que la inspección fue recibida por su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en octubre de 2002 (IR-359). Se hay solicitado con fecha 22 de marzo de 2011 la modificación del Registro por ampliación de un equipo intraoral y sustitución de otro.-----

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado.-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Dispone de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X y de un delantal plomado, un protector tiroideo, así como de Programa de Protección Radiológica de marzo de 2011.-----

Se encuentran instalados un [REDACTED] número 13759/24227, un [REDACTED] número XAQC306/208086, un [REDACTED] número 95736/580711 y un [REDACTED] número 3140088/50536.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por la empresa [REDACTED] el 21 de marzo de 2011.-----

DESVIACIONES

Se han realizado modificaciones sin el correspondiente Registro, no se realiza control dosimétrico y no constan revisiones anteriores a marzo de 2011.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintiocho de marzo de dos mil once.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

DAMOS CONFORMIDAD AL CONTENIDO DEL ACTA
ADOTANDO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES

• LA INSTALACION YA TIENE UN CONTROL DOSIMÉTRICO
CON EL [REDACTED] DE BARCELONA

MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 2011

[REDACTED]

