

**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día diecisiete de diciembre de dos mil nueve en la instalación de radiodiagnóstico dental sita en la calle [REDACTED] de Gijón (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en agosto de 1998 (IR-436).

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La instalación está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Respecto de la instalación registrada se ha sustituido el intraoral y se encuentra instalado un orto. Se encuentran instalados un ortopantomógrafo Ir [REDACTED] número 101165, un [REDACTED] un [REDACTED] 320057.-----




**SN**CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Disponen de tres acreditaciones para dirigir, un delantal plomado y un protector tiroideo.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad del equipo de rayos X por la empresa [REDACTED] en abril de 2008 y diciembre de 2009.-----

Manifiesta haber llevado control dosimétrico hasta 2005.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y los Reales Decretos 1891/1991 y 1085/2009 sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a veintidós de diciembre de dos mil nueve.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED], para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

DONDE SE HACE REFERENCIA A LOS EQUIPOS  
INSTALADOS. EL MODELO [REDACTED] TIENE COMO  
M/S RJA 407 y su tubo ES MODELO [REDACTED]  
CON SU M/S 320057.

TIENE RAZÓN: ESTÁ MAL VEDACTADO [REDACTED]

MAR Gijón 31-12-2009