ACTA DE INSPECCIÓN

D. [redacted], inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó los días 14 y 16 de marzo de 2017 en las instalaciones de **ARCELOR MITTAL ESPAÑA, S.A.**, sitas en Trasona (Avilés).

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso industrial, cuya autorización vigente (MO-1) fue concedida por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 23 de abril de 2008.

La Inspección fue recibida por don [redacted], Responsable de Higiene Industrial y Ergonomía y don [redacted], ambos con licencia de Supervisor, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN.

La instalación se encuentra en la Factoría de Avilés. En la Línea de pintura se encuentran instalados tres equipos [redacted] con fuente radiactiva de Kr-85, de 3,7 GBq de actividad máxima, con números de serie KF1740, KF1741 y KF1749.----------

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.

En el Laboratorio de Higiene Industrial se encontraban los equipos de detección y medida de radiación siguientes: Dos [redacted] modelo [redacted] con sonda [redacted], los números de serie 792 (Lamse 25/02/16) y 486 (Lamse 15/07/15) y fuente radiactiva de calibración de 5 micro Curios de Cs-137; un [redacted] número 701030 [redacted] 25/02/16), un [redacted] número 503285 [redacted] 17/07/15) y un [redacted] número 11140 (fabricante nov. 2016).----------

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN y/o CONTAMINACIÓN.

Los niveles de radiación gamma medidos en las proximidades de los equipos se encontraban dentro de los límites autorizados.----------

CUATRO. PROTECCIÓN FÍSICA.

La instalación dispone de control de accesos y diversas medidas de vigilancia y seguridad.----------

CINCO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

Disponen de cuatro licencias de Supervisor en vigor. La vigilancia médica la realiza el Servicio Médico de la empresa.----------

SEIS. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

Fue exhibida la siguiente documentación: Diario de Operación (249.4.02). Registros dosimétricos realizados por [redacted] correspondientes al mes de enero de 2017, sin valores significativos. Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2016.----------

[redacted]

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo a 17 de marzo de 2017.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ARCELOR MITTAL ESPAÑA, S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Recibido con el Acta

[redacted]