

ACTA DE INSPECCION

Dr. [REDACTED] acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como Inspector para el Control y Seguimiento de Instalaciones Radiactivas, Rayos X médicos y Transporte de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

CERTIFICA : Que se ha personado el día veinte de noviembre de dos mil nueve en el almacén sito en calle [REDACTED] de Palma con el objetivo de verificar el paradero del equipo descrito en el acta de referencia CSN-AIB/AIN/C/03/RXM/PM-1665/09 de la clínica dental de Doña [REDACTED], NIF [REDACTED] anteriormente instalado en la calle [REDACTED] a. Mallorca.

Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED] coordinadora de la instalación y Don [REDACTED], técnico de SIRONA Equipos Dentales Ibérica, SA quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.



Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

Que según manifestaciones del técnico Don [REDACTED] y del certificado expedido por la empresa SIRONA Equipos Dentales Ibérica, SA en el que se indica que el almacén donde se guarda el equipo de Rayos-X, sin haber destruido el tubo, es de Doña [REDACTED], resulta ser que el mencionado almacén no pertenece a Doña [REDACTED] ni a la empresa SIRONA Equipos Dentales Ibérica, SA sino a una empresa constructora no autorizada para custodiar dicho equipo de Rayos-X. En consecuencia el certificado expedido por la empresa SIRONA Equipos Dentales Ibérica, SA es manifiestamente falso al haber certificado que el equipo de Rayos-X estaba en un local de Doña [REDACTED] sabiendo que no lo era.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y del Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del treinta y uno de Mayo de 1985, la entrada en vigor del mencionado acuerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisión y ampliación del acuerdo de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en Palma de Mallorca en la Conselleria de Comercio, Industria y

Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a veinticuatro de
noviembre de dos mil nueve.



TRAMITE. - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la clínica dental de Doña [REDACTED] [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

