

ACTA DE INSPECCION

██████████ Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 21 de mayo de dos mil ocho, en las instalaciones de la empresa CONTROL BLAU-Q, SL sita en la carretera de ██████████
██████████ ; 07260 Porreres. Mallorca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a medición de densidades y humedades de suelos, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de la Industria del Gobierno Balear el 27 de Noviembre de 2007, a efectos de emitir la correspondiente notificación para la puesta en marcha de la instalación.

Que la Inspección fue recibida por el Don ██████████ responsable técnico de la instalación radiactiva, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la instalación está constituida por un recinto blindado con acceso controlado que alberga un equipo para la medición de humedad y densidad de suelos marca [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie M371108891, que aloja en su interior dos fuentes radiactivas, una de Cs-137 de 10 mCi de actividad y otra de Am-241: Be de 50 mCi de actividad.

Que el Sr. [REDACTED] siguió con éxito el curso de supervisor impartido por [REDACTED] el 14 de diciembre de 2007.

Que el dos de abril de 2008 solicitó la licencia de supervisor al Consejo de Seguridad Nuclear.

Que el Sr. [REDACTED] siguió con éxito el curso de operador impartido por [REDACTED] el 15 de octubre de 2007.


Que el dos de abril de 2008 solicitó la licencia de operador al Consejo de Seguridad Nuclear

Que disponen de un monitor ambiental SE International.


Que disponen del Diario de Operación.

Que se ha contratado un servicio de dosimetría radiológica.

Que fueron medidos los niveles de radiación en diferentes puntos, de cuyos resultados no se deduce que puedan superarse en condiciones normales los límites anuales de dosis establecidos.




Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en la sede de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a veintidós de mayo de dos mil ocho.





TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la empresa CONTROL BLAU-Q, SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



CONFORME.

Porcentaje a 30/05/08
LABORATORI
BLAU Q
CONTR...
Signat: [Redacted]
07260 PORRERES (Mallorca)

Diligencia
visto y conforme

Dr. [Redacted] Inspector

Dr. [Redacted]

5/ junio /2008