


- La instalación de Rayos - X se encuentra ubicada en la [REDACTED] del edificio y consta de :

Sala 1: Equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 8 mA y 70 KV de características máximas.

Sala 2: Equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 8 mA y 70 KV de características máximas.

- Se efectúa el control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto .
- Se ha efectuado el control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo, por una Unidad Técnica de Protección Radiológica, el 9 de Noviembre de 2007.
- Se dispone de acreditación para dirigir la instalación de Rayos-X.
- Disponen de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.
- Se dispone de diario de operaciones debidamente diligenciado.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en [REDACTED] de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a veinticinco de agosto de dos mil ocho.




TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la clínica dental para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Juca a 12-9-08.

Manifiesto de Conformidad.

DR. [REDACTED]



DILIGENCIA

Visto y [REDACTED] forup

El [REDACTED]

Dr. [REDACTED]

a 18/09/2008