

ACTA DE INSPECCION

Dr. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA : Que se ha personado el día once de junio de dos mil nueve en la Clínica Dental del Dr. [REDACTED] con NIF [REDACTED], sita en la Calle [REDACTED] de Ibiza.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Rayos-X ubicada en el emplazamiento referido y cuyo procedimiento de declaración y registro figura inscrito en la Dirección General de Industria de Baleares.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- La instalación de Rayos - X se encuentra ubicada en la planta primera del edificio y consta de :

Sala 1: Equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 60KV y 7mA de características máximas.


Sala 2: Equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 60KV y 7mA de características máximas.

Sala 3: ORTOPANTOMOGRFO marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 72KV y 12mA de características máximas.

- Se efectúa el control dosimétrico del personal profesionalmente expuesto .
- Se efectuó el control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo el día 24 de marzo de 2008 por la UTPR [REDACTED]
- Se dispone de acreditación para dirigir la instalación de Rayos-X.
- Disponen de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.
- Disponen del diario de operaciones debidamente diligenciado.
- La instalación se encuentra debidamente señalizada.




Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas modificado por el Real Decreto 35/2008 de 18 de enero; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en la sede de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a doce de junio de dos mil nueve.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la Clínica Dental, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Debo manifestar que en el acta de inspección se recoge erróneamente como fecha del último control de realidad de los equipos y vigilancia de los niveles de radiación el día 24 de Marzo de 2008, cuando en realidad la fecha correcta es de 24 de Marzo de 2009.

Poy conformidad al resto de contenidos del Acta.



[Redacted signature]

Visto y conforme
con la algarabía.

El Director

DNI:

[Redacted DNI]

10/Julio/2009