

ACTA DE INSPECCION

Dr. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA : Que se ha personado, el día once de junio de dos mil nueve en la clínica veterinaria de D. [REDACTED], NIF [REDACTED], sita en la [REDACTED] de Ibiza.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Rayos-X ubicada en el emplazamiento referido y cuyo procedimiento de declaración y registro figura inscrito en la Dirección General de Industria de Baleares con fecha 21 de octubre de 2003.


Que la Inspección fue recibida por Don [REDACTED] responsable de la instalación, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Que la instalación de Rayos - X se encuentra ubicada en la planta baja del edificio y consta de un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED]
- Que estaba disponible el informe dosimétrico.
- Que disponen de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.
- Que estaba disponible el diario de operaciones.
- Que la instalación estaba debidamente señalizada.
- Que se ha efectuado el control de calidad de los equipos y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo por la unidad Técnica de protección radiológica [REDACTED] noviembre de 2008.
- Que disponen de acreditación para dirigir la instalación de Rayos -X.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas modificado por el Real Decreto 35/2008 de 18 de enero; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en la sede de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a doce de junio de dos mil nueve.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la instalación, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.




Fdo: 

Diligencias

Visto y conforme

El Inspector

Dr. 

13/07/2007