

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	YOUR DENTIST		
Titular	YOUR DENTIST, SLP		
Dirección	PALMA		
Código	RXPM 1637	CIF	
Actividad	Dental	Tipo	II
Fecha inscripción	04/09/2001	Última anotación	14/06/2012
Fecha inspección	02/10/17	Finalidad	Control

D. [redacted] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,


CERTIFICA: Que se personó el día dos de octubre de 2017 en la clínica dental YOUR DENTIST, sita en [redacted] PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM 1637, a nombre de YOUR DENTIST SLP, inscrita en el Registro el 4 de septiembre de 2001 y cuya última notificación de inscripción fue realizada el 14 de junio de 2012.

La Inspección fue recibida por [redacted] propietaria y directora del establecimiento, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral			MFAEJO25	70	7
Ortopanto.			UJAA119	90	15

- El gabinete que aloja el equipo intraoral no está debidamente señalado ante el riesgo radiológico.
- La instalación dispone de prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN


- [REDACTED] dirige el funcionamiento de la instalación y opera los equipos de rayos X.

- El control dosimétrico personal de la directora de la instalación se lleva a cabo mediante un dosímetro personal a nombre de [REDACTED] antiguo titular del centro.

Están disponibles los informes dosimétricos a nombre de [REDACTED] sin valores significativos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN



- Está disponible un informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la verificación de dosis a pacientes y la realización del control de calidad de los equipos emitido por [REDACTED] el 19 de julio de 2017.
- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación emitido por [REDACTED] el 28 de julio de 2017.





CUATRO. DESVIACIONES

- La instalación no está correctamente señalizada.
- El control dosimétrico personal no se realiza correctamente: la directora de la instalación utiliza un dosímetro que no está a su nombre.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial el 2 de octubre de 2017.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de YOUR DENTIST, SLP para que con su firma,  fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.


Palma de Mallorca, 10 de Julio 2017

Buenas tardes Sr. [REDACTED]

Hemos solicitado una nueva pegatina de señalización para uno de los aparatos de Rayos X. Pegaremos la pegatina que nos llegará en los próximos días en la puerta de entrada.

El cambio de titularidad se está gestionando. Hemos dado de baja a [REDACTED] y hemos dado de alta el día 1.10.17 a la Dra. [REDACTED]

Adjunto 2 correos, donde justificamos haber pedido la pegatina para el aparato de rayos X y la solicitud aceptada por el centro de dosimetría para el cambio de titularidad.

Ante cualquier pregunta, no dude en contactarnos.

Un saludo cordial,

[REDACTED]

Rebut 18/10/17

[REDACTED]