



De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

#### UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- En la instalación hay dos gabinetes que cuentan con los equipos de radiología intraoral:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
			70663425	65	7
			70663472	65	7


- Dichos equipos figuran inscrito en el registro de instalaciones de rayos X con finalidades médicas.
- La instalación está correctamente señalizada y están disponibles prendas plomadas de protección.

#### DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Están disponibles licencias de director de instalación a nombre de [REDACTED]
- Se realiza el control dosimétrico de [REDACTED] estando disponibles los registros de las dosis recibidas por dicho personal, sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.

#### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación emitido por [REDACTED] el 20 de agosto de 2015.



- Está disponible un informe con los resultados de la realización del control de calidad de los equipos, la vigilancia de los niveles de radiación y la verificación de dosis a pacientes del día 14 de julio de 2016 por parte de la UTPR

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Nuclear el 21 de febrero de 2017.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.