



ACTA DE INSPECCIÓN

, jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó, sin previo aviso, el día 17 de octubre de 2024, en la CLINICA DENTAL SCHMIEDER, establecimiento sito en Av. (Cala Millor), 07560 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido a nombre de CLINICA DENTAL EDELWEISS, SL, NIF . Su código de registro es RXPM 1911 y fue inscrita en el Registro el 6 de abril de 2001.

La Inspección fue recibida , recepcionista, quien fue informado de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- El centro odontológico CLINICA DENTAL SCHMIEDER, se ubica a nivel de planta baja y dispone de una sala de radiología dental no intraoral y un gabinete dotado con equipo intraoral.





- Los equipos que se relaciona a continuación está presente en la instalación y figuran inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X.

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Panorámico					
Intraoral					

- Las salas que albergan los equipos están señalizadas de acuerdo con la norma UNE 73302:2018 según lo dispuesto en el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RD 1029/2022 de 20 de diciembre).

- Disponen de un dental plomado de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , odontólogo, dirige la instalación y opera los equipos de la misma. Dispone de acreditación como director de instalaciones de rayos X.
- está sujeto a control dosimétrico mediante dosimetría personal. Están disponibles los informes dosimétricos con lecturas que muestran que no se han superado los límites de dosis establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el Certificado de conformidad emitido por la UTPR el 11/12/2023.
- En el certificado no se indica ninguna disconformidad, no obstante se hace constar que:





- Está disponible el informe emitido por la UTPR , referente al control efectuado el día 08/11/2023, que contiene los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, del control de calidad y de la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes EN LA INSTALACIÓN.
- En relación con el equipo panorámico, el informe mencionado hace constar que:



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales.

24/10/2024

- DNI

***1788**

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CLINICA DENTAL EDELWEISS, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado por ***0362**
(R:
****3706*) el día

en calidad de ADMINISTRADORA de CLINICA EDLEWEIS, SL, titular de la instalación de rayos X RXPM-1911

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta CSN-CAIB AIN-01 RXPM-1911 2024 correspondiente a la inspección realizada el día 17/10/2024.

Sant Llorenç des Cardassar, 29 de Octubre de 2024

Firm

Adreça de validació:

https:

CSV: