

ACTA DE INSPECCION

Dr. [REDACTED] acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como Inspector para el Control y Seguimiento de Instalaciones Radiactivas, Rayos X médicos y Transporte de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

CERTIFICA: Que se ha personado el quince de octubre de dos mil diez en las instalaciones de la empresa Globalia Mantenimiento Aeronáutico, sita en el hangar del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a ensayos radiográficos de las aeronaves, y cuya última autorización fue concedida por la Dirección General de Industria con fecha 3 de mayo de 2000.


Que la Inspección fue recibida por Don [REDACTED] supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué


información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva se encuentra ubicada en un recinto aislado en el hangar de mantenimiento del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca, y consta de un equipo de Rayos X marca [REDACTED] modelo [REDACTED], nº de serie 992830-45, de 200 KV y 4,5 mA de características máximas.
- Estaba disponible un certificado de revisión del equipo de Rayos-X efectuado por [REDACTED] el día 16 de junio de 2010.
- Realizan el control radiológico personal profesionalmente expuesto de la instalación mediante el uso de dosímetros de termoluminiscencia, registrando las dosis recibidas por dicho personal no figurando se hayan sobrepasado los límites establecidos.
- Disponen de tres dosímetros de área.
- Disponen de un dosímetro digital marca [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie 46625 debidamente calibrado.
- Disponen de un equipo para la detección y medida de las radiaciones ionizantes marca [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie 46625, debidamente calibrado.




- Se ha efectuado la vigilancia médica de Don [REDACTED] y de Don [REDACTED] resultando ser ambos aptos.
- Disponen de una licencia de Supervisor a nombre de Don [REDACTED] [REDACTED] válida hasta el 15 de marzo de 2011.
- Disponen de otra licencia de Supervisor a nombre de Don [REDACTED] [REDACTED] válida hasta el 31 de diciembre de 2013.
- Disponen del Diario de Operación, debidamente diligenciado.
- Disponen de extintores de fuego.



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999 , de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y del Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del treinta y uno de Mayo de 1985, la entrada en vigor del mencionado acuerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisión y ampliación del acuerdo de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995, de 27 de enero, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en Palma de Mallorca en la Consejería de Comercio, Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a dieciocho de octubre de dos mil diez.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado del Globalia Mantenimiento Aeronáutico, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Visto y conforme

En Palma de Mallorca, a 4 de noviembre de 2010

Fdo.:

DNI

Diligencia:

Visto y conforme

El Director

Dr.

Palma a 4 de noviembre de 2010