

**ACTA DE INSPECCION**

---

Dr. [REDACTED] acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como Inspector para el Control y Seguimiento de Instalaciones Radiactivas, Rayos X médicos y Transporte de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

**CERTIFICA :** Que se ha personado el día cinco de noviembre de dos mil diez en la Clínica Veterinaria Ca'n Picafort SC con CIF: [REDACTED] sita en el [REDACTED] [REDACTED], término municipal de Santa Margalida. Mallorca.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de Rayos-X ubicada en el emplazamiento referido y cuya instalación figura inscrita en la Dirección General de Industria de Baleares.

Que la Inspección fue recibida por el Sr. [REDACTED] responsable de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier

persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta :

- La instalación de Rayos - X se encuentra ubicada en la planta baja del edificio y consta de :  
Un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 110KV y 100mA de características máximas.
- Que no dispone del certificado de conformidad de la instalación expedido por una Unidad técnica de Protección Radiológica.
- Que la instalación RX/PM-1223 dada de alta estaba ubicada en el [REDACTED] [REDACTED] y ha sido trasladada al [REDACTED]
- Que no se ha solicitado la baja de la instalación RX/PM-1223.
- Que con fecha 17 de julio de 2008 se solicitó modificación de la instalación por traslado a [REDACTED]
- Que deberá solicitarse el alta en el registro general de Instalaciones de Rayos-X con fines de Diagnóstico Médico de la instalación en la nueva ubicación.


- Que el dosímetro a nombre de D. [REDACTED] es utilizado por D. [REDACTED]
- Que D. [REDACTED] no posee dosímetro propio.
- Que D. [REDACTED], quién realiza la mayoría de radiografías no dispone de acreditación para dirigir una instalación de Rayos-X.
- Que la sala de Rayos-X no dispone de puerta blindada.
- Que disponen de prendas de protección suficientes para el personal de la instalación.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, Real Decreto 793/2001 y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y del Acuerdo entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del treinta y uno de Mayo de 1985, la entrada en vigor del mencionado acuerdo de fecha tres de Abril de 1987, la posterior revisión y ampliación del acuerdo de fecha 27 de Julio de 1989, y el Real Decreto 111/1995,

de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en Palma de Mallorca en la Consejería de Comercio, Industria y Energía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a ocho de noviembre de dos mil diez.



**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la Clínica Veterinaria, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



**DILIGENCIA:**

El titular no presenta alegaciones  
vta y conforme al  
30/11/2020

El [redacted] autor  
[redacted]  
[redacted]