

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN XXIII		
Titular	PATRONATO AGRUPACIÓN PRO-MINUSVALIDOS PSÍQUICOS DE LA COMARCA DE INCA		
Dirección	[REDACTED] 07300 INCA		
Código	RXPM 1598	NIF	[REDACTED]
Actividad	Dental	Tipo	III
Fecha inscripción	21/03/2000	Última anotación	10/02/2006
Fecha inspección	10/02/2017	Finalidad	Control

D. [REDACTED] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó, sin previo aviso, el día 10 de febrero de 2017 en el CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN XXIII, sito en la calle [REDACTED] 07300 INCA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM 1598, a nombre de PATRONATO AGRUPACIÓN PRO-MINUSVALIDOS PSÍQUICOS DE LA COMARCA DE INCA, inscrita en el Registro el 21 de marzo de 2000.

La Inspección fue recibida por [REDACTED] directora del centro, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- En el centro hay una sala de enfermería que cuenta con el equipo dental intraoral:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral			310008	70	8

- Dicho equipo figura inscrito en el registro de instalaciones de rayos X con finalidades médicas.
- La instalación está correctamente señalizada, y dispone de un dosímetro de área.
- Están disponibles un delantal plomado y un protector de tiroides.



DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Está disponible una licencia de director de instalación a nombre de [REDACTED]

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación emitido por [REDACTED] el 25 de octubre de 2016.
- Consta la realización del control de calidad de equipos, la vigilancia de los niveles de radiación y la verificación de dosis a pacientes el día 25 de octubre de 2016 por parte de la UTPR [REDACTED].

CUATRO.OBSERVACIONES

- La directora del centro manifiesta que el equipo procede de una donación de la odontóloga .

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial el 13 de febrero de 2017.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del PATRONATO AGRUPACIÓN PROMINUSVALIDOS PSÍQUICOS DE LA COMARCA DE INCA para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.





G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Dg Pol. Indust.- Udit Palma
L14S6079/2017
17/02/2017 11:30:05

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JOAN XXIII
C/ [REDACTED]
07300 - INCA

Exp.: CSN CAIB/AIN/01/RXPM 1598/17
Documento: Remisió
Emisor: DGE/RP/jr

Asunto: Remisió del acta de inspecci3n CSN CAIB/AIN/01/RXPM 1598/17

Adjunt vos tramet l'original i la c3pia de l'acta esmentada a l'assumpte per tal que es faci constar a l'apartat de TRÁMITE, les alegacions que es considerin oportunes.

En relaci3 amb la consideraci3 de document p3blic de l'acta d'inspecci3, es demana que es faci constar expressament en el trámite de la mateixa si hi ha alguna informaci3 de la continguda a l'acta que s'adjunta, que sigui considerada per el titular com a reservada o confidencial i no hagi de ser publicada.

Una de les actes haurà de ser tramesa a l'adreça que figura a peu d'aquest escrit en carta certificada **dins el termini dels deu dies hàbils** següents a la seva recepci3 d'acord amb l'article 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions p3bliques.

Palma, 13 de febrero de 2017

El Director General de Política Industrial





G CONSELLERIA
O TREBALL, COMERÇ
I I INDÚSTRIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ POLÍTICA INDUSTRIAL

La funcionaria, [REDACTED] del Servei de Seguretat Nuclear,

CERTIFICA:

Que s'ha presentat la documentació que a continuació es detalla, i en compliment del que disposa l'article 70.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, com també l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració Autònoma de les Illes Balears, s'estén aquest rebut:

Remitent: PATRONATO DE LA AGRUPACIÓN PROMINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE LA COMARCA DE INCA (COLEGIO JUAN XXIII), SL.

Òrgan destinatari: Direcció General de Política Industrial

Data d'entrada: 09/03/2017

Oficina d'entrada: C. de TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

Extracte: Remissió de l'acta d'inspecció de l'exp. Núm. RXPM-1598/2017

Palma, 9 de març de 2017

