

173142

CSN/AIN/13/IRA/2096/08

Hoja 1 de 2

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintidós de abril de dos mil ocho en **TRIAX S.A.**, sita [REDACTED] en Peñacastillo-Santander (Cantabria).


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya autorización de modificación (MO-1) fue concedida por la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria con fecha 9 de mayo de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- [REDACTED]
- Las tasas de dosis medidas fueron de 2  $\mu\text{Sv/}$  con la puerta abierta y 1  $\mu\text{Sv/h}$  con la puerta cerrada. \_\_\_\_\_
- Disponen de un equipo [REDACTED], con fuentes de Cs-137 de 10 mCi y Am-241/Be de 50 mCi. \_\_\_\_\_
- [REDACTED] efectúa, semestralmente, la revisión del equipo, pruebas de hermeticidad y verifica el monitor de radiación. \_\_\_\_\_



[REDACTED]

- El monitor de radiación, Monitor 4, ha sido calibrado en el [REDACTED] con fecha 28-5-07 y han adquirido otro Radiación Alert, calibrado en origen con fecha 5-12-06. \_\_\_\_\_
- En el Diario de Operación figura la utilización del equipo. \_\_\_\_\_
- Disponen de una Licencia de Supervisor y dos de Operador y han solicitado una de Operador. \_\_\_\_\_
- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos en [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- Han remitido al CSN el informe anual de 2007. \_\_\_\_\_
- Disponen de señalización para el vehículo de transporte y material de balizamiento. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de abril de dos mil ocho.



**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **TRIAX S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

PEÑACASTILLO A 14 DE MAYO DE 2008

[REDACTED] 