

173149, 173150

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid  
Tel.: 91 346 01 00  
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/26/IRA/0791/08  
CSN/AIN/23/IRA/1035/08

**SN**



CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 3

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintitrés de abril de dos mil ocho, en **SOLVAY QUIMICA S.L.**, sita en [REDACTED] en Torrelavega (Cantabria).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya última autorización de modificación (MO-15) fue concedida por la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria con fecha 3 de enero de 2003 (IRA-0791), y (MO-1) con fecha 10 de julio de 1999 (IRA-1035).

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que


CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  
REGISTRO GENERAL

**ENTRADA 12769**

Fecha: 02-06-2008 13:10

- Disponen de los siguientes equipos:


Equipo	Isótopo	mCi	Serie	Situación
[REDACTED]	Cs-137	200	15808	Almacén
[REDACTED]	Cs-137	200	67107	Almacén
[REDACTED]	Co-60	20	Ne-31	Instalado



CSN/AIN/26/IRA/0791/08  
CSN/AIN/23/IRA/1035/08

[REDACTED]	Co-60	20	596	Almacén
	Co-60	20	Ag-670	Almacén
	Co-60	18	Xq-62	Almacén
	Cs-137	100	24126	Almacén
	Cs-137	100	24224h	Almacén
	Cs-137	100	24225h	Almacén
	Cs-137	100	24226h	Almacén
	Cs-137	100	24801	<b>Instalado</b>
	Co-60	53,19	A-860	Foso blindado

- Los equipos se encuentran señalizados. \_\_\_\_\_
- Disponen de dos Diarios de Operación donde figuran los movimientos de fuentes y pruebas de hermeticidad. \_\_\_\_\_
- La Universidad de [REDACTED] efectúa, semestralmente, las pruebas de hermeticidad (1-2-08) y la verificación de los monitores de radiación.
- Disponen de un equipo Eurisis, Radiagen 2, nº 1841, calibrado en origen, otro Victoreen 492, nº 3888 y otro Graetz Gamma 100 nº 102588 verificados por la Universidad de [REDACTED] con fecha 12-2-08 .
- Disponen de dos Licencias de Supervisor y tres de Operador (IRA-0791) y dos de Supervisor y dos de Operador (IRA-1035). \_\_\_\_\_
- Disponen de dosímetros personales, con valores de fondo. \_\_\_\_\_
- Los reconocimientos médicos se realizan en [REDACTED] \_\_\_\_\_
- Han remitido al CSN el informe anual de 2007. \_\_\_\_\_
- [REDACTED] \_\_\_\_\_



CSN/AIN/26/IRA/0791/08  
CSN/AIN/23/IRA/1035/08




Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de abril de dos mil ocho.



[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SOLVAY QUÍMICA, S.L.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.