

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día veintinueve de julio de dos mil veinticinco, en la empresa **GLOBAL STEEL WIRE S.A.**, con NIF _____, y situada en Santander (Cantabria).

La visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a análisis instrumental por fluorescencia de rayos X, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria con fecha 6 de agosto de 2009.

La Inspección fue recibida por _____ y _____, Operador, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos de que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN.

- En el Laboratorio de control de calidad se encuentra un armario metálico _____ en el cual se almacena un equipo _____, n° _____, dentro de su maleta de transporte. _____
- Se dispone de la documentación relativa al equipo. _____
- El equipo dispone de diversos sistemas de seguridad en cuanto a su funcionamiento. _____
- El equipo está protegido _____ para su puesta en marcha, que dispone de indicador luminoso y sensor de proximidad. _____



- La activación de la radiación se realiza pulsando el gatillo, con el sensor de proximidad activado o desactivado, y el pulsador de seguridad manual. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.

- Se dispone de un equipo de medida marca _____, modelo _____, nº de serie _____, calibrado en _____ en fecha 03-06-24 y verificado en _____ en fecha 19-02-25. _____
- Se dispone de procedimiento para la calibración y verificación del equipo de medida. No incorpora criterios para la calibración ni metodología de verificación. ____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Durante la inspección se miden tasas de dosis ambientales máximas de $\mu\text{Sv/h}$ en posición del operador y _____ $\mu\text{Sv/h}$ a 4 cm de la muestra irradiada, con un monitor marca _____ modelo _____ con nº de serie ____.

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Se dispone de una licencia de supervisor (externo) en vigor. _____
- Se dispone de cuatro licencias de operador en vigor. _____
- No han comunicado la baja del operador ____.
- Se dispone del informe dosimétrico del año 2024 y del mes de mayo de 2025, emitido por _____, que indica dosis personales equivalentes anuales máximas acumuladas de _____ mSv. _____
- El supervisor no dispone de dosimetría. No usa el equipo. _____
- Se dispone de registros de formación continua en materia de protección radiológica en fecha 06-03-25. No se dispone de firmas de los asistentes. _____
- Se dispone de registros que confirman el conocimiento del Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia, por parte de los trabajadores expuestos. ____



CUATRO. DOCUMENTACIÓN.

- Se dispone de Diario de Operación diligenciado por el CSN. _____
- Se dispone de registros de vigilancia radiológica en el Diario de Operación, indicando que han sido realizados por el Supervisor en fechas 26-02-24 y 17-02-25. _____
- Se ha recibido en el CSN el informe anual del año 2024. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a la radiaciones ionizantes, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, así como la autorización referida, se levanta y se suscribe la presente acta firmada electrónicamente.



TRÁMITE. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, se invita a un representante autorizado de **“GLOBAL STEEL WIRE S.A.”** para que en el plazo que establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, manifieste con su firma bien su conformidad con el contenido del acta, o bien haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

A tal efecto se deberá generar un documento independiente, firmado y que debe incluir la referencia del expediente que figura en el cabecero de esta acta de inspección. Se recomienda utilizar la sede electrónica del CSN de acuerdo con el procedimiento (trámite) administrativo y tipo de inspección correspondiente.

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN

Oficina: O.A.M.R. del Consejo de Seguridad Nuclear - Csn
Fecha y hora de confirmación: 19-09-2025 09:12:00 (Hora peninsular)
Número de registro:

Interesado

NIF:

D./Dña.:

Dirección:

Municipio:

Provincia:

Canal Notif.:

Código postal:

País:

España

Calle

Santander

Cantabria

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

Información del registro

Resumen/asunto: Conformidad acta de Inspección de referencia CSN/AIN/11/IRA/3020/2025
Unidad de tramitación de destino: Consejo de Seguridad Nuclear
Ref. externa:
Nº Expediente:
Observaciones:

Formulario

Expone:

Se adjunta la conformidad al acta de Inspección de referencia CSN/AIN/11/IRA/3020/2025

Solicita:

La aprobación de la conformidad al acta de Inspección de referencia CSN/AIN/11/IRA/3020/2025

Nombre	Tamaño	Validez	Tipo	Observaciones
TRÁMITE ACTA DE INSPECCIÓN Rev 1 6-8-2025.docx	0 B		Documento adjunto	
Código seguro de verificación (CSV):				
Enlace de descarga:				