

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector,

CERTIFICA: Que se personó el día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete en **CLÍNICA DENTAL** [REDACTED] con NIF [REDACTED], que se encuentra ubicada en [REDACTED] Santander (Cantabria).

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, y que se encuentra inscrita en el registro oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria con declaración de inscripción de fecha veintiuno de agosto del dos mil trece.

La Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], copropietaria de la instalación, D^a. [REDACTED] Directora de la instalación, y D^a. [REDACTED], Administrativa, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Las representantes del titular de la instalación fueron advertidas previamente al inicio de la inspección que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone de los siguientes equipos:

- Equipo intraoral [REDACTED] n/s 9301548. _____
- Equipo intraoral [REDACTED] n/s 8003609. _____
- Equipo intraoral [REDACTED] n/s "ilegible179", según consta en el registro.
- Equipo intraoral [REDACTED] 1100. _____

- Equipo panorámico [REDACTED] n/s EG317. _____
- Las salas donde se encuentran los equipos se encontraban señalizadas reglamentariamente. _____
- Los equipos se accionan desde el exterior de las salas. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Se midieron niveles de radiación, obteniendo tasas de dosis no significativas.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Disponen de personal acreditado para dirigir y operar la instalación. _____
- Estaban disponibles los informes de lecturas dosimétricas de diciembre del año 2016, emitidos por [REDACTED] y sin datos significativos. _____

CUATRO. DOCUMENTACIÓN.

Disponen de contrato con la UTPR "[REDACTED]". _____

- Estaba disponible el Programa de Protección Radiológica, con fecha de actualización del diez de julio del año dos mil dieciséis. _____


Disponen del certificado de grado de conformidad del año 2016 que indica en observaciones la necesidad de enviar a la UTPR la documentación del nuevo equipo panorámico [REDACTED] n/s EG317. _____

- Disponen de la documentación asociada a la solicitud de modificación de la inscripción en el registro de instalaciones de radiodiagnóstico para incluir el nuevo equipo panorámico y el cambio de titular a "[REDACTED]". _____
- Disponen del informe del control de calidad realizado por el técnico de [REDACTED], D. [REDACTED], de fecha 03/05/16. _____
- Disponen del informe de estimación de dosis a pacientes de fecha 10/07/16. _____

- Disponen del informe del año 2016 sobre Vigilancia anual de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y áreas colindantes accesibles al público realizados por la UTPR. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de febrero de dos mil diecisiete.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del **CLÍNICA DENTAL** _____ " para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Anexo acta de inspección

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 7539

Fecha: 11-05-2017 11:37

En el acta de inspección figuran las siguientes erratas:

- En la primera página pone Clínica dental [REDACTED] y el nombre correcto es [REDACTED]
- En la primera página también pone que Dña [REDACTED] es copropietaria y no es así, es una albacea.

En Santander a 10 de mayo de 2017

[REDACTED]

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN/AIN/01/RX/S-1230/2017, correspondiente a la inspección realizada en CLÍNICA DENTAL [REDACTED], el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el inspector que la suscribe declara,

Se aceptan los comentarios.

En Madrid, a 12 de mayo de 2017

Fdo.

[REDACTED]

INSPECTOR