

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear acreditado como inspector, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día dieciséis de julio de dos mil veinticinco, en la clínica **VETOVEN VETERINARIA S.L.**, con NIF , sito en , en Medina de Rioseco, Valladolid.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico de tipo 2, ubicada en el emplazamiento referido, y que se encuentra inscrita en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico de la Junta de Castilla y León, con última declaración por modificación de fecha 18 de junio de 2024.

La Inspección fue recibida por , quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levantara de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS.

- Se dispone de un equipo de radiografía veterinaria, de la firma , con n/s , equipado con un tubo de rayos X, de la firma , n/s , capaz de generar kV y mA de tensión e intensidad máximas. _____
- La sala del equipo dispone de paredes y puerta plomadas. _____
- En la puerta de la sala, se dispone de señalización reglamentaria de zona controlada con riesgo de irradiación. _____
- Se dispone de normas de mantenimiento y conservación de los equipos de protección individual en la puerta de la sala. _____



DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Se dispone de listado de prendas de protección individual. Se dispone de las siguientes: _____
 - Dos mandiles plomados, _____
 - dos protectores de tiroides y _____
 - dos manoplas plomadas. _____
- Las prendas de protección que aparecen recogidas en el Programa de Protección Radiológica (PPR) se corresponden con las inventariadas por la instalación. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

- Se dispone de las acreditaciones, expedidas por el CSN, para dirigir los equipos de rayos X de diagnóstico médico de las dos veterinarias de la clínica, con DNI _____ y _____.
- El personal que opera los equipos durante la inspección dispone de acreditación para dirigir. _____
- El personal ayudante de clínica no dispone de acreditación para operar el equipo de rayos X. Según se manifiesta, no opera el equipo de rayos X, su función se limita a inmovilizar al animal mientras se realiza el estudio, en los casos en que sea necesario. _____
- El Programa de Protección Radiológica (PPR) establece la clasificación del personal como de categoría B. _____
- Se dispone del informe dosimétrico del mes de junio de 2025, emitido por _____, para un dosímetro personal, que muestra valores de _____ mSv para dosis personal superficial anual máxima acumulada. Se dispone de registro de la solicitud de un dosímetro adicional para la veterinaria con DNI _____. _____
- Según se manifiesta, se impartió formación inicial a la veterinaria con DNI _____, tras su reciente incorporación a la clínica. No se dispone de registro. _____



CUATRO. NIVELES DE RADIACIÓN Y/O CONTAMINACIÓN.

- La Inspección realiza una medida de las tasas de dosis en las zonas colindantes con la sala de exploración, en las condiciones normales de trabajo.

- Las medidas de niveles de radiación se realizan con un monitor de la firma _____, modelo, _____ y n/s _____.

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

- Se dispone de contrato de prestación de servicios con la UTPR _____, con autorización del CSN UTPR/_____, donde se indican las obligaciones del titular encomendadas a la UTPR. El contrato se encuentra firmado por un responsable de la UTPR y por la titular de la instalación el 12/4/24. _____
- Se dispone de registro de haber presentado a la Junta de Castilla y León, el 7/6/24, la documentación requerida para la modificación de la instalación, consistente en un cambio de titular y de emplazamiento de la instalación. _____
- No se dispone de Certificado de Inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de Diagnóstico Médico de la Junta, tras la modificación indicada en el párrafo anterior. _____
- El responsable de velar por el cumplimiento del PPR en _____, con acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____
- Se dispone de PPR, firmado por la responsable, en fecha 12/4/24. En el PPR se hace referencia al RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, ya derogado por el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. _____
- Se dispone del último informe de de control de calidad, verificación de dosis impartidas a pacientes, y niveles de radiación en los puestos de trabajo y áreas accesibles al público realizado el 6/2/25. En el informe emitido por la UTPR, se hace referencia al RD 783/2001 y no al RD 1029/2022. _____
- Se dispone de certificado de conformidad de la instalación, en el que se especifica que la fecha de la visita técnica fue el 6/2/25. En el certificado se indica una desviación leve al no ser posible comprobar la actualización del certificado de inscripción en el Registro de instalaciones de rayos X médicos. _____
- Respecto al último informe bienal de la instalación, se dispone de registro de entrada en el CSN, número _____, con fecha 27/3/25, de un documento presentado por la



UTPR que contiene multitud de informes periódicos de las instalaciones donde prestan servicio. La información aportada en el informe de la instalación no contiene los mínimos exigidos en el artículo 18.g del RD 1085/2009, ya que no contiene un resumen de la dosimetría del personal expuesto que presta sus servicios en la instalación. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico aprobado por el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio; el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes aprobado por Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre y la referida autorización, se levanta y se suscribe la presente acta firmada electrónicamente.



TRÁMITE. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, se invita a un representante autorizado del **VETOVEN VETERINARIA S.L.** para que en el plazo que establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, manifieste con su firma bien su conformidad con el contenido del acta, o bien haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

TRÁMITE AL ACTA DE INSPECCIÓNⁱ

Titular de la instalación:

Referencia del expediente de inspección (la que figura en **el encabezado** del acta de inspección):

CSN/AIN /01/RX/VA-1577/2025

Seleccione una de estas dos opciones:

- ☒ Doy mi conformidad al contenido del acta
- ☐ Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

A continuación, detalle las alegaciones o reparos:

Documentación

☐ Se adjunta documentación complementaria

Indicar brevemente contenido:

Firmas

Firma del titular o representante del titular:

ⁱartículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.