

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditada como inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**, sito en el _____, en Valladolid.

La visita tuvo por objeto realizar la inspección previa a la notificación de funcionamiento de una instalación radiactiva, destinada a la posesión y uso de generadores de radiación con fines de análisis instrumental, ubicada en el emplazamiento referido, cuya autorización fue concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León con fecha 19 de julio de 2022.

La Inspección fue recibida por _____ Supervisores de la instalación radiactiva, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levantara de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación se ubica en el Laboratorio _____ de la Facultad de Ciencias. _____
- Se dispone de señalización como Zona Con Riesgo de Irradiación en la puerta de acceso, que se enciende cuando se esté trabajando con el equipo de fluorescencia de rayos X. _____
- Se dispone de medios para establecer un control de acceso a la instalación. _____
- La instalación dispone de un armario con llave en el que se almacena el equipo portátil de espectrometría por fluorescencia de rayos X de la firma _____ modelo _____ y n/s. _____



- En la memoria de la instalación se describía como lugar de almacenamiento un archivador, pero como no cabía se ha trasladado a otro armario dentro del mismo laboratorio. _____
- Las llaves están custodiadas por la supervisora. _____
- El equipo se guarda dentro de su estuche de transporte con posibilidad de instalar un candado. Según se manifiesta, se adquirirá un candado para cuando se salga fuera de la instalación. _____
- Se dispone de señalización reglamentaria para utilizarla cuando se esté trabajando fuera de la instalación, así como medios para delimitar la zona de trabajo. _____
- La activación de la radiación se realiza desde el ordenador. _____
- Con el equipo colocado en su trípode apuntando a una muestra patrón de colocada sobre una mesa, a V y μA y 20 s, se realizaron varias medidas con un monitor de radiación de la firma _____ modelo _____ obteniendo una tasa de dosis de fondo en el puesto del operador a 3 metros de distancia del equipo y de $\mu\text{Sv/h}$ cerca de la muestra a 90° con el haz. El fondo radiactivo fluctuaba entre _____ y $\mu\text{Sv/h}$. _____
- Se comprobó cuando el equipo estaba irradiando que la lámpara roja se encendía y la señal sonora funcionaba. _____
- El software se encuentra protegido por contraseña. _____



DOS. EQUIPAMIENTO EN RADIOPROTECCIÓN

- Se dispone de dos monitores de radiación de la firma _____ modelo _____ y n/s _____ calibrados en fábrica con fecha 6/10/2022. _____
- Se dispone de un programa de verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación, en el que se indica que la calibración se realizará cada tres años. _____
- Se informó que en la página web del CSN se encuentra publicada la Guía de Seguridad GS-05.17 sobre calibración y verificación de la instrumentación de radioprotección para la medida de la radiación y contaminación en instalaciones radiactivas. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Se dispone de dos licencias de supervisor en vigor. _____

- El personal se encuentra clasificado como categoría B. Se dispone de dos dosímetros personales gestionados por el _____ siendo las últimas lecturas disponibles de enero de 2023 y con valores de dosis profunda acumulada de fondo.
- Con fecha 22 de febrero de 2023 la empresa suministradora _____ impartió formación sobre el manejo del equipo a la supervisora. _____
- La supervisora conoce el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia de la instalación. Está pendiente que reciba la formación inicial el otro supervisor. ____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- El equipo dispone de garantía por 13 meses. No se dispone de contrato de mantenimiento con la empresa suministradora. _____
- Se realizará la revisión del equipo desde el punto de vista de la protección radiológica por el personal de la instalación y se anotará en el diario de operación. _____
- Se disponen de un Diario de Operación diligenciado donde se anotarán la fecha, usuarios del equipo, condiciones de las medidas entre otros datos. _____
- Se dispone de manual de funcionamiento en inglés. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid a fecha de la firma.

TRÁMITE. - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de la **"FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID"** para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

_____ con DNI _____ Supervisora principal de la
IRA-3518 con número de registro _____ manifiesta su conformidad
con el contenido del Acta de inspección de referencia CSN/AIN/01/IRA/3518/2023,
indicando además que no se considera que ninguna información contenida por dicha
acta deba ser considerada como reservada o confidencial.

En Valladolid, a fecha de firma electrónica

 Firmado
digitalmente por

Fecha: 2023.03.27
23:26:13 +02'00'