

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día catorce de octubre de 2009 en las instalaciones de APPLUS NORCONTROL, SLU., (Delegación de Murcia), sito en C/ [REDACTED], San Ginés, Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización de modificación de titularidad (MO-9) fue concedida por la Dirección General de Energía y Minas de la Generalidad de Catalunya con fecha 5 de octubre de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- El almacenamiento de los equipos se realiza en un búnquer, señalizado, provisto de acceso controlado, luz de puerta abierta y extinción de incendio. _____



- ██████████
- En el momento de la inspección estaban almacenados dos equipos ██████████ con n.ºs. de serie: 18879 y 22964, calibrados por ██████████ los días 19/6/2009 y 26/6/2009 respectivamente. Ambos equipos disponen de certificado de hermeticidad de fuentes con fecha febrero de 2009, realizados por ██████████
 - Se exhibe a la inspección certificado de Inspección de varillas visualmente y por líquidos penetrantes en junio 2009 realizado por ██████████
 - Disponen de dos equipos para la detección y medida de radiación ██████████ de referencias n.ºs. 636 y 300, calibrados ambos el 28/11/2008 por el ██████████

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- ██████████
- Los niveles de radiación medidos en la instalación, donde se ubican los equipos, se encontraban dentro de los límites autorizados. _____

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN



- Se aportaron los Diarios de Operaciones de los equipos, sobre los que selló la Inspección. _____
- Se aporta copia de la recepción de la memoria resumen anual correspondiente al año 2008. _____
- Se comprueban los registros dosimétricos al mes de agosto de 2009, sin valores significativos referente a tres personas expuestas. _____
- Se comprueba la asignación de Supervisor a la Delegación. Se comprueba la vigencia de licencia de tres operadores estando otra en trámite. _____
- Realización de la vigilancia médica por ██████████

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999

(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a 23 de octubre de 2009.



INSPECTOR ACREDITADO POR EL

Fdo.:

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **APPLUS NORCONTROL, SLU**, Delegación en Murcia, Pol. Ind. Oeste, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

HACER CONSTAR QUE HAY EN VIGENCIA DENTRO DE ESTA DELEGACIÓN UNA LICENCIA DE SUPERVISOR Y OTRA DE OPERADOR, ENCONTRÁNDOSE EN TRÁMITE UNA MÁS DE OPERADOR.