

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1936/2024
Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION

, funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día veintidós de octubre de dos mil veinticuatro en la instalación de rayos X para diagnóstico general y dental, cuyo titular es ALTIPLANO SALUD, S.L., NIF: , sita en C/ - 30510 - YECLA (Murcia), con correo electrónico para aviso de notificaciones .

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico general y dental, cuya última inscripción registral es de 14/10/2021, con nº de inscripción IR/MU-1936.

Que la Inspección fue recibida por , administrador.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo un garaje.
- En la instalación se dispone de un equipo para radiología dental intraoral, modelo con nº de serie , otro para radiología general nº de serie y otro para de CBCT y ortopantomografía con nº de serie .
Estos dos últimos se encuentran en una misma sala.
- La instalación cuenta con la señalización reglamentaria. También dispone de cartel de aviso a embarazadas.

14/11/2024 10:44:02

- En la instalación también se encuentra como prenda plomada de protección dos delantales, así como dos protectores de tiroides y uno de gonadas.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Los niveles de radiación registrados en la instalación usando como elemento de dispersión una botella y una garrafa de plástico con agua, utilizando la técnica más frecuente, son los siguientes:

Equipo intraoral

:

kV	mA	Seg.	Puesto	μSv/h
			Pasillo, tras pared de cristal.	
			Calle.	

Equipo radiología general SEDECAL:

kV	mA	Seg.	Puesto	μSv/h
			Operador (tras mampara).	
			Despacho contiguo.	
			Entrada contigua a bloque de viviendas.	

El equipo de medida utilizado por la Inspección ha sido el n/s .

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Hay una acreditación para dirigir u operar la instalación.
- También se exhibe una acreditación de operador. Además se remite a la Inspección por correo electrónico el 22/10/2024, otra acreditación más de este último tipo.

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1936/2024
Hoja 3 de 4

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes.
- El control dosimétrico se refiere a dos dosímetros TLD de solapa utilizados, gestionados por _____, comprobando la inexistencia de valores significativos desde enero de 2022 a agosto de 2024, siendo el más destacable el de _____ mSv (Hp), de una trabajadora en octubre de 2022. En enero de 2023 una de las trabajadoras fue sustituida por otra en esta dosimetría.
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 31/07/2024 por la UTPR _____, encontrándose incluido en el dossier titulado "Informe anual de la instalación" y no señalando anomalías.
- Aporta certificado anual de vigilancia de nivel de radiación ambiental, por la misma UTPR que en el caso anterior, de fecha 07/08/2024, sin valores inadmisibles. Forma parte también del dossier citado.
- Se exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación, de 06/10/2023, de la UTPR _____. En él no se señalan objeciones.
- Se aporta contrato con la UTPR _____, de 05/11/2014. En él aparece como parte contratante el representante citado al principio en representación de sí mismo.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.
- Aporta justificante de presentación del Informe periódico en el CSN, el 28/03/2024, por la UTPR (con correo electrónico "_____"), en el que consta en el asunto: "...informe periódico de las instalaciones de RX...años 2022-2023".

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Murcia y en la sede de la Dirección

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1936/2024
Hoja 4 de 4

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
a 30 de octubre de 2024.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.:

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, **a continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

14/11/2024 10:44:02



El servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ) certifica que:

Ante la DEHÚ comparece la entidad:

Documento asociado:

Nombre/Razón social: **ALTIPLANO SALUD SL**

Representada por:

Documento:

Nombre:

En calidad de TITULAR para **ACEPTAR** la notificación puesta a disposición en la DEHÚ:

Identificador:

Remitida por: **Región de Murcia**

Concepto: ,

Fecha de puesta a disposición: **14/11/2024 10:52**

Fecha de acceso al contenido de la notificación: **14/11/2024 13:30**

El receptor ALTIPLANO SALUD SL con NIF representado por
con NIF se identificó mediante DNIe/certificado electrónico de Representación
Persona jurídica / Administrador Único y Solidario, en vigor en la fecha de recogida, cuyo titular es

Aplicación
DEHU
Expediente

Código CSV

URL de validación

Fecha de registro
14/11/2024
DNI/NIE del interesado