

ACTA DE INSPECCION

, funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, el día veinte de septiembre de dos mil veinticuatro en la instalación de rayos X para diagnóstico general y mamografico, cuyo titular es POLICLÍNICA ÁGUILAS, S.L.U., NIF: , sita en C/ - 30880 - ÁGUILAS (Murcia), con correo electrónico para aviso de notificaciones .

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico general y mamografico, cuya última inscripción registral es de 29/04/2021 con nº de inscripción IR/MU-1915. En esta última inscripción hay un error en el número de la instalación, ya que aparece como IR/MU-2209 (que es otra instalación del titular), si bien se ha solicitado por el mismo titular la corrección el 27/09/2024.

Que la Inspección fue recibida por , coordinadora.

Que dicho titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas, en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda.
- En la instalación se dispone de dos equipos de rayos X, uno para radiología general y otro para mamografía, que respectivamente son de los modelos , con nº de serie y con nº de serie .
- La instalación cuenta con la señalización reglamentaria y con control de acceso. También dispone de cartel de aviso a embarazadas.

Firmado por ***7811**
(R: ****7593*)
el día 21/10/2024 con un certificado
emitido por AC Representación

Firmado por ***8398**
(R: ****7593*) el día 21/10/2024 con
un certificado emitido por AC
Representación

- En la instalación también se encuentra como prendas plomadas de protección un delantal, un protector de tiroides y otro gonadal.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

No se realizan disparos para la comprobación de los niveles de radiación producidos en la instalación, por no encontrarse en la misma, en el momento de la visita, el trabajador que dispone de acreditación y control dosimétrico.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- No acredita disponer de ninguna acreditación para dirigir la instalación. No obstante remite a la Inspección, por correo electrónico, el 26/09/2024, una acreditación para dirigir, junto con otra para operar.

CUATRO. DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe a la Inspección el documento de Registro de la instalación con los aparatos en ella existentes. Como se indicó al principio del acta, aparece un error en el número de inscripción, si bien se comprobó posteriormente a la inspección, que el 27/09/2024 solicitó a la Dirección General de Industria, Energía y Minas la corrección del mismo.
- El control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa utilizado, comprobando la inexistencia de valores significativos desde septiembre de 2022 a agosto de 2024. Como valor máximo cabe señalar mSv de dosis profunda en este último mes de agosto de 2024. En febrero de 2023 la antigua usuaria fue sustituida por la actual.
- Dispone de controles de Calidad y de niveles de radiación ambiental, anuales, realizados al equipo de radiología general con fecha 10/02/2024, por la UTPR , no señalando anomalías. Respecto al mamógrafo, la UTPR señala que está averiado.
- Exhibe a la Inspección el Certificado de conformidad de la instalación, de 30/03/2024 de la UTPR citada antes.
- Se exhibe contrato con la UTPR , de 28/10/2022, si bien no se observa en él la firma del titular.
- Dispone de Programa de Protección Radiológica.

Firmado por ***7811**
(R: ****7593*)
el día 21/10/2024 con un certificado
emitido por AC Representación

Firmado por ***8398**
(R: ****7593*) el día 21/10/2024 con
un certificado emitido por AC
Representación

CSN-RM/AIN/1/RX/MU-1915/2024

Hoja 3 de 3

- Dispone de justificante de presentación del Informe bienal en el CSN, el 30/03/2024, por la UTPR (con correo electrónico “ ”).

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Murcia y en la sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 30 de septiembre de 2024.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.:

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita al titular, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, **a continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado por ***7811**
(R: ****7593*)
el día 21/10/2024 con un certificado
emitido por AC Representación

Firmado por ***8398**
(R: ****7593*) el día 21/10/2024 con
un certificado emitido por AC
Representación