

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de enero de 2008 en Centro Asistencial FREMAP, M.P.A.T., de CIF: [REDACTED], y que se encuentra en la C/ [REDACTED] en Cartagena (G.P.-30203).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde fecha 03 /12/2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Técnico en Prevención, y acompañada por D^a [REDACTED] Enfermera.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de una sala situada en planta baja de un edificio de vecinos, señalizada reglamentariamente y con cartel de aviso a embarazadas, puesto de control dotado con cristal plomado para el operador, y según manifestaron con paredes y puerta plomadas. _____
- En dicha sala se encuentra un equipo marca [REDACTED] cuyo generador lleva el nº de serie 1141 y nº de modelo 18 18 124 X 0601, no pudiéndose



■
determinar si corresponde al tipo ■ que se indica en la inscripción de la instalación. El tubo del equipo es ■ tipo RAD 14, nº de serie: 199149/29739-IN. _____

- Disponían de un delantal y un mandil plomados. _____

■
DOS. NIVELES DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, sobre mesa rodable, se midieron un máximo de 3 μ Sv/h tanto en la ubicación del operador como en el pasillo junto a la puerta de la sala. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- El Director dispone de Licencia de supervisor que es a su vez operador. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica de los 5 trabajadores expuestos mediante dosimetría personal, siendo el valor máximo registrado de 0'19 mSv/año acumulado en el último año en el caso del Director de la instalación, el resto de las lecturas están también por debajo del máximo reglamentariamente aceptable. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- ■ Mostraron el Diario de operaciones actualizado al mes de mayo de 2008, donde están recogidas todas las incidencias de la instalación, no pudiéndose observar la firma del Director de la instalación ni el sello de la UTPR que realiza los controles anuales. La Inspección selló dicho Diario. _____
- De dicho Diario se desprende la realización de unas 60 radiografías mensuales de distinto tipología. _____
- Se ha justificado la remisión con fecha 31/01/2008 al CSN del informe anual correspondiente al año 2007, realizado por la UTPR ■. Según



[REDACTED]

dicho Informe, en fecha junio de 2007 se realizó un control de calidad del equipo. En él no figuran anomalías _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a dieciséis de julio de dos mil ocho.




[REDACTED]

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.: [REDACTED]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro Asistencial FREMAP (Cartagena) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Región de Murcia
Consejería de Economía, Empresa e Innovación
Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Unidad: Servicio de Inspección.

Muy Sres. Nuestros:

Tengo el gusto de remitirle el ejemplar firmado del Acta de Inspección realizada en este centro el pasado 15-Julio-2008.

Ya nos pusimos en contacto con ustedes para corregir el error de la fecha de la inspección, ya que ustedes certifican que D. [REDACTED] se personó en este centro el 15-Enero-2008 habiéndose producido la inspección el 15-Julio-2008.

Así mismo puntualizar, que al considerarse un documento público, se ruega omitir los nombres de los trabajadores que recibieron la inspección. D. [REDACTED]

Atentamente.

D. [REDACTED]



0701/2008-D.G. Industria 04/09/2008 13:23:37 - Economía, Empresa e Innovación