

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día treinta de diciembre de 2008 en las dependencias de CENTRO MÉDICO JUAN XXXIII, S.L., en Murcia, de [REDACTED], y que se encuentra en la [REDACTED] en Murcia (C.P.-30008).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1072 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 24/10/2001.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Apoderado y D. [REDACTED], Operador, que colaboró en algunos momentos durante la inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación está situada en el bajo de un edificio de viviendas. _____
- En la instalación se encuentra un equipo de rayos X de la marca Radiología, modelo [REDACTED] con nº de serie 6012, con tubo [REDACTED] nº de



serie: 847623, y un ortopantomógrafo [redacted] modelo [redacted] nº de serie: 63080. _____

- La instalación se encontraba señalizada reglamentariamente, disponiendo de medios adecuados para establecer un acceso controlado. _____
- Las salas disponen de puertas y mamparas con cristales plomados. _____
- En la instalación se dispone de un delantal, collarín y protector gonadal plomados. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Se efectúan disparos sobre recipiente con agua, siendo las siguientes técnicas:
 - Con el equipo Radiología : 70 kV, 200 mA y 300 ms, se detectó una radiación de 0,75 μ Sv/h en el puesto del operador y 5,5 μ Sv/h por el interior de la cabina, junto al marco de la puerta. _____
 - Con el ortopantomógrafo: 75 kV 16 s, se detectaron en el puesto de operador, tras la mampara plomada, una radiación de 237 nSv/h y en el pasillo colindante-sala de espera, fondo radiactivo natural. _____



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- El Director dispone de la licencia que le acredita para su función. _____
- En el momento de la inspección se comprueba el informe de lectura de 01/10/2008, de dos dosímetros de solapa, realizada por [redacted] observándose que la lectura se refiere a los 6 últimos meses, no registrándose valores significativos. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Mostraron el Diario de operaciones. _____
- Se comprueba el Control de Calidad anual realizado por la UTPR [redacted] en junio de 2008. Señalándose desalineación entre el foco de centrado y el haz de radiación. _____

- No se puede justificar el envío al CSN del informe anual, correspondiente al año 2007. _____

QUINTO. DESVIACIONES

- En el Diario de operaciones mostrado no se han hecho anotaciones desde mayo de 1993, cuando se inició. _____
- No consta la corrección de las anomalías detectadas en el último Control de Calidad. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a siete de enero de diciembre de dos mil nueve.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo. _____

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la de CENTRO MÉDICO JUAN XXXIII, S.L., en Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme

_____, S.L.

En Murcia a 3 Febrero de 2009