

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintinueve de diciembre de 2008 en la sede de la Asociación Española Contra el Cancer, de [REDACTED] y que se encuentra en la C/ [REDACTED] en Murcia (C.P.-30005).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1052 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 03 /10/2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], de Administración y D<sup>a</sup> [REDACTED] Operadora, que colaboró en algunos momentos durante la inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES

#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación ocupa varias dependencias, situadas en el bajo de un edificio de viviendas, con dos salas que contienen instalados dos mamógrafos [REDACTED] un [REDACTED] y un [REDACTED] respectivamente.



- 
- La instalación se encontraba señalizada con el símbolo de riesgo radiactivo, pero sin cartel de aviso a embarazadas, disponiendo de medios adecuados para establecer un acceso controlado. \_\_\_\_\_
  - Las salas disponen de puertas y mamparas con cristales plomados. \_\_\_\_\_

### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Se efectuaban disparos sobre respectivos fantasmas de agua con los dos mamógrafos, obteniéndose niveles de radiación en los puestos del operador inferiores a 200 nSv/h en ambos casos, \_\_\_\_\_



### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- El Director dispone de la licencia que le acredita para su función. \_\_\_\_\_
- Se comenta a la Inspección que el personal expuesto es variable según campañas. En el momento de la inspección se comprueba la lectura referida al mes de octubre de 2008 de cinco dosímetros de solapa siendo los registros de fondo y dosis acumulada con valores no significativos. \_\_\_\_\_



■

### CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Mostraron el Diario de operaciones actualizado donde se recogen las incidencias de la instalación, y no se indican las radiografías que se hacen periódicamente, estando la firma de la UTPR  pero no la firmar del Director de la instalación. \_\_\_\_\_
- Se comprueba el Control de Calidad anual realizado por la UTPR  el 22 de mayo de 2008. \_\_\_\_\_
- Se justifica el envío de los informes anuales de los equipos móviles al CSN el 14/7/2008, pero no los correspondientes a los fijos. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veintinueve de diciembre de dos mil ocho.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL  
C. S. N.

Fdo.:   


---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la Asociación Española Contra el Cáncer, en Murcia para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Dirección General de Industria,  
Energía y Minas.

C/ [REDACTED]  
30005-Murcia.

Murcia, 9 Enero de 2009

A/a.  
Unidad: Servicio de Inspección  
Ref.: CSN/AIN/1/IR/MU/1052/2008  
Asunto: Remisión Acta Inspección

Muy Sres. Nuestros:

Tengo el gusto de remitirle un ejemplar sellado por nuestra parte, de la copia del acta que ustedes nos enviaron.

También le informamos, y siguiendo sus indicaciones, ya hemos corregido las observaciones que nos faltaban.

Atentamente,



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]   
Contra el Cáncer  
JUNTA PROVINCIAL DE MURCIA

Administración.