

164138

## ACTA DE INSPECCION

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado, acompañado de ██████████ el día once de abril de dos mil siete en **SGS TECNOS S.A.**, (Delegación de Murcia) sita en R. ██████████ en Cartagena (Murcia).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la puesta en funcionamiento de una delegación de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a gammagrafía, cuya última autorización de modificación (MO-45) fue concedida por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid con fecha 10 de abril de 2007.

Que la Inspección fue recibida por ██████████ Director de Delegación y Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- D. ██████████  
R. ██████████  
concedida con el centro de alarmas del punto ██████████
- La dependencia se encuentra señalizada y en su interior se halla un foso de hormigón de 1 m2 con tapas correderas plomadas, construido de acuerdo con la documentación presentada, para el almacenamiento de equipos de gammagrafía.
- En el interior de la dependencia se encontraba almacenado un equipo de rayos X ██████████ y en el interior del foso se encontraban almacenados tres equipos ██████████ nº ██████████ con fuente nº N-926 de 75,2



■ Ci en fecha 6-5-06, nº ■ con fuente nº P065 de 76 Ci en fecha 7-10-06 y nº ■ con fuente nº P-780 de 73,3 Ci en fecha 23-1-07. \_\_\_\_\_

- Las tasas de dosis medidas en el foso fueron de 3  $\mu$ Sv/h con las puertas correderas abiertas y valores de fondo con las puertas cerradas. \_\_\_\_\_
- Disponen de contenedores de transporte, contenedor de emergencia, y tejas de plomo. \_\_\_\_\_
- ■ efectúa la revisión de equipos, telemandos y mangueras, y el personal de instalación efectúa revisiones internas de telemandos y mangueras. \_\_\_\_\_
- Disponen de los certificados de revisión y de actividad y hermeticidad de las fuentes. \_\_\_\_\_
- Cada Operador dispone de un monitor de radiación ■ y cada Operador y ayudante de un dosímetro avisador ■ \_\_\_\_\_
- Todo el personal expuesto dispone de dosímetros personales TLD. \_\_\_\_\_
- Disponen de una Licencia de Supervisor en vigor otra solicitada y cinco, de Operador. \_\_\_\_\_
- Los Operadores y Ayudantes reciben el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia, disponiendo la empresa de un plan de formación continua. \_\_\_\_\_
- Registran y archivan las dosis diarias del personal expuesto, planificaciones y partes de trabajo. \_\_\_\_\_
- Disponen de un Diario de Operación por equipo. \_\_\_\_\_
- Disponen de Consejero de transporte. \_\_\_\_\_



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y

en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de abril de dos mil siete.

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SGS TECNOS S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*CONFIRME,*

*Cartagena 21 de mayo de 2007.*

**SGS Tecnos, S.A.**  
Delegación Cartagena