

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEARACTA DE INSPECCIÓN

Don [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA:


Que se ha personado el día veintinueve de mayo de dos mil nueve, en la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, sita en el [REDACTED] en PAMPLONA (Navarra).-----

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada al análisis de materiales y a la posesión y uso de material radiactivo no encapsulado con fines de investigación y docencia, ubicada en la primera planta del Edificio "Los Acebos" y en la planta baja del Instituto de Agrobiotecnología, y cuya última autorización de modificación fue concedida por la Dirección General de Empresa del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 18 de junio de 2008, la cual dejaba sin efecto a las anteriores autorizaciones.-----

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.-----

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEARI.- INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA

- La instalación radiactiva consistía en tres dependencias contiguas, una destinada al almacenamiento de los residuos radiactivos y la otras dos al almacenamiento y manipulación del material radiactivo.-----

- En una de las dependencias anteriormente citadas se encontraba instalada una vitrina de gases con filtro, de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] dotada de un bidón para la recogida de los residuos radiactivos líquidos.-----

- Tanto suelos, paredes y superficies de trabajo de la instalación se encontraban debidamente acondicionados.-----


- En el momento de la inspección se encontraban almacenados en un frigorífico señalizado, dotado de candado en puerta y ubicado en una de las dependencias antes citadas, 92.5 MBq (2.5 mCi) de Tritio, 2.3 MBq (63 µCi) de Carbono-14 y 4.6 MBq (125 µCi) de Fósforo-32.-----


- Estaban disponibles pantallas y contenedores de metacrilato, plomados y sin plomar, para la protección del personal que manipula el material radiactivo.-----

- Estaban disponibles cuatro bidones destinados al almacenamiento de los residuos radiactivos líquidos, dos de ellos acondicionados para los emisores gamma y los otros dos para los emisores beta, y dos contenedores tipo "lechera" para los emisores beta débil.-----

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado.-----

- Estaba disponible un producto específico para la descontaminación radiactiva de materiales y superficies.-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Los residuos radiactivos de Fósforo-32, Azufre-35 y Cromo-51 producidos en la instalación son eliminados, previo decaimiento, de manera convencional. Que los residuos radiactivos sólidos de Tritio y Carbono-14 producidos en la instalación son almacenados en espera de su posterior evacuación. Que en el momento de la inspección se encontraban almacenados, en la dependencia destinada a tal fin, diversos recipientes con residuos líquidos y sólidos de dichos isótopos. Que, además, en dicha dependencia se encontraban almacenados dos viales conteniendo aproximadamente un total de 40 gramos de Acetato de Uranilo.-----

- Disponen de un acuerdo con la Empresa [REDACTED] para la retirada de los residuos radiactivos.-----

- Estaban disponibles extintores de incendios.-----

- Estaban disponibles dos equipos portátiles para la detección y medida de las radiaciones de la firma [REDACTED], uno modelo [REDACTED], con nº de serie 48425, y otro modelo [REDACTED] con nº de serie 49486, calibrados ambos por la [REDACTED], en fecha 8/05/09. Que la instalación disponía de un procedimiento específico para la calibración y verificación de dichos equipos.-----

- Estaban disponibles y vigentes dos Licencias de Supervisor y siete de Operador.-

- Realizan el control dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos (22 personas en el momento de la inspección), todos ellos categorizados como "B", por medio de dosímetros de termoluminiscencia, procesados por la firma [REDACTED] S.A., de Valencia, archivándose los historiales dosimétricos.-----

- Realizan la vigilancia médica de los trabajadores profesionalmente expuestos en el Servicio de Vigilancia de la Salud de [REDACTED] de Pamplona, estando disponibles los certificados de aptitud correspondientes al año 2009.-----

- De los niveles de radiación medidos en la instalación, no se deduce puedan superarse, en condiciones normales de trabajo, los límites de dosis establecidos.-----

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Estaba disponible el Diario de Operación de la instalación debidamente diligenciado y cumplimentado.-----

- Habían remitido al C.S.N. y al Departamento de [REDACTED] el Informe Anual de actividades correspondiente a 2008.-----

- Estaba disponible la documentación justificativa de que el personal de la instalación ha recibido y conoce el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. Que la instalación había implantado el Programa de Formación bienal para los trabajadores expuestos. -----

- La instalación había implantado las exigencias recogidas en la instrucción IS-18.-----

- Estaba instalado un contador de centelleo líquido, de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] para el cual disponían de dos lotes de calibración, uno con 17 cápsulas de Tritio de 3.33 KBq (0.09 μ Ci) de actividad unitaria y otro con 37 cápsulas de Carbono-14 de 1.85 KBq (0.05 μ Ci) de actividad unitaria.-----


II.- EDIFICIO "LOS ACEBOS"

- En el "Laboratorio de Preparación de Materiales y Rayos X" del Departamento de Física, ubicado en la primera planta del Edificio "Los Acebos", se encontraba instalado un equipo de espectrometría de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] 3000 TT, de 60 kV y 80 mA, de tensión e intensidad máximas, respectivamente.-----

- Que dicho equipo se encontraba precintado por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra. Que el Supervisor se comprometió a notificar al Inspector la solicitud de desprecintado del equipo, para la correspondiente comprobación del cumplimiento de las especificaciones de la autorización antes mencionada, antes de la puesta en funcionamiento del equipo de rayos X.-----


DESVIACIONES:

- No se detectaron.-----



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR



Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 (modificado por el Real Decreto 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y las referidas autorizaciones, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en la sede del Instituto de Salud Pública, en Pamplona, a uno de junio de dos mil nueve.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, para que con su firma, identificación, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.-

Pamplona 8 de Junio de 2009

Conforme

Fdo. [Redacted Signature]