

## **ACTA DE INSPECCIÓN**

, inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la Comunidad Foral de Navarra, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,



**CERTIFICA:** Que se ha personado el día catorce de enero de dos mil veinticinco, en la **CLÍNICA DENTAL** sita en la C/ , en CARCASTILLO (Navarra), con NIF .

La visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuyo código de registro es NA-1277 a nombre de , y cuya última notificación de inscripción fue realizada en fecha 11 de noviembre de 2024. .

La Inspección fue recibida por , odontóloga titular de la clínica, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Protección Radiológica. .

La titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. .

De las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

## **UNO. INSTALACIÓN**

- La instalación consistía en dos salas, en las cuales se encontraban instalados los siguientes equipos:

- \* Sala 1. Un equipo de la firma \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_, con nº de serie \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ kV y \_\_\_\_\_ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- \* Sala 2. Un equipo de la firma \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_, con nº de serie \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ kV y \_\_\_\_\_ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.

Dicho equipo carecía de cable, de al menos dos metros de longitud, o de interruptor de disparo en el exterior de la sala, por lo que el Inspector comunicó a la titular la prohibición de su uso. La titular manifestó que, aunque el equipo está instalado y con capacidad de uso, nunca no lo utiliza. \_\_\_\_\_

- Los equipos disponían de sus correspondientes placas de identificación. \_\_\_\_\_

- Con el equipo instalado en la sala 1 no se utiliza la técnica digital. \_\_\_\_\_

- Las salas se encontraban señalizadas de acuerdo con el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado. \_\_\_\_\_

## **DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN**

- Estaba disponible el siguiente material de protección radiológica: un delantal plomado dotado de protector tiroidal de 0,35 mm de espesor. \_\_\_\_\_

## **TRES. NIVELES DE RADIACIÓN**

- Fueron medidos los niveles de radiación, en el puesto ocupado por la operadora del equipo en uso, en el exterior de la sala 1, con el siguiente resultado: Condiciones de disparo:

\_\_\_\_\_ kV, \_\_\_\_\_ mA y \_\_\_\_\_ s. Tasas de dosis: \_\_\_\_\_.



#### **CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN**

- Estaba disponible una acreditación para dirigir el funcionamiento de la instalación a nombre de \_\_\_\_\_.

- Realizan el control dosimétrico de la trabajadora expuesta \_\_\_\_\_, mediante el uso de dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por la firma “ \_\_\_\_\_ ” de Madrid, archivándose los informes dosimétricos correspondientes.

- La trabajadora expuesta a las radiaciones estaba clasificada como categoría “B”. --

#### **CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN**

- Estaban disponibles el Programa de Protección Radiológica de la instalación y las Normas Básicas de Protección Radiológica. \_\_\_\_\_

- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad de los equipos, así como los de la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes accesibles al público y los de la estimación de dosis a pacientes, realizados por la UTPR “ \_\_\_\_\_ ” de Madrid. Que la última revisión fue realizada en fecha 21/03/24. \_\_\_\_\_

- Estaba disponible el certificado de conformidad de la instalación para su registro de fecha 4/11/24. \_\_\_\_\_

- Estaba disponible el contrato de prestación de servicios entre la UTPR y el titular de la instalación de fecha 9/07/21. \_\_\_\_\_

- Según se manifestó, los equipos no habían sido intervenidos ni reparados desde su instalación. \_\_\_\_\_

#### **SEIS. DESVIACIONES**

- No se detectaron. \_\_\_\_\_

---



Con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, el RD 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y el RD 1085/2009, de 3 de julio, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta firmada electrónicamente en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en Pamplona.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.3 del RD 1217/2024, de 3 de diciembre, se invita a un representante autorizado de la **CLÍNICA DENTAL** i para que, manifieste con su firma su conformidad con el contenido del acta o haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

A tal efecto se deberá generar un documento independiente que incluya la referencia del acta que figura en el encabezado.

Firmado por

- DNI

\*\*\*9758\*\* el día 15/01/2025

**TRÁMITE AL ACTA DE INSPECCIÓN<sup>1</sup>**

---

Titular de la instalación:

Referencia del expediente de inspección *(la que figura en el cabecero del acta de inspección)*:

CSN-GN/AIN/O2-RX-NA-1277-25

---

Seleccione una de estas dos opciones:

- ☒ Doy mi conformidad al contenido del acta
- ☐ Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

A continuación, detalle las alegaciones o reparos:

, directora de clínica, recibí el día  
15 de enero de 2025 el acta de inspección radiológica para mi  
clínica dental. Estoy de acuerdo con la información detallada  
en el informe.

---

**Documentación**

- ☐ Se adjunta documentación complementaria
- 

**Firmas**

Firma del titular o representante del titular:

Firmado por - \*\*\*2388\*\*  
el día 21/01/2025 con un  
certificado emitido por AC

---

<sup>1</sup> artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.