

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat y acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se personó el día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en las instalaciones de la clínica **DUELINE Clínica Dental**, cuyo titular es _____ de CIF: _____ ubicada en la avenida _____ número _____ de Alicante.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, sin previo aviso, de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-2) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante con fecha 30 de junio de 2023 y número de registro 03/IRX/1745.

La inspección fue recibida por el _____, administradora de la clínica, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma _____, _____ n/s _____ que alimenta a un tubo de la firma _____ modelo _____ n/s _____ y con condiciones máximas de funcionamiento de _____ kVp y _____ mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala de exploraciones junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____



- La sala dispone de puerta de acceso de vidrio y pared delantera de vidrio, lateral izquierda de panel de yeso, pared trasera de muro y pared lateral derecha cristalera; suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con recepción, esterilización, local vecino y calle, con vestuario de personal y zona sin acceso en la parte superior y con garaje en la inferior. _

Sala 2. Equipo de radiodiagnóstico dental panorámico.

- Equipo de la firma _____ modelo _____ - _____ n/s _____ que alimenta a un tubo de la firma _____ modelo D- _____ n/s _____ y con condiciones máximas de funcionamiento de _____ kVp y _____ mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala de exploraciones junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona controlada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes emplomadas; suelo y techo de material forjado. La puerta de acceso dispone de visor de paciente realizado con vidrio emplomado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, baño, esterilización y recepción, con vestuario de personal en la parte superior y con garaje en la inferior. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de un delantal y un delantal con protector de tiroides emplomados delantales y gafas emplomados como prendas de radioprotección. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN.

- La instalación dispone de dos dosímetros de área ubicados junto a los pulsadores de disparo de los equipos, procesados mensualmente por la entidad _____ cuyas lecturas están disponibles hasta octubre de 2023. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de dos personas con acreditación para dirigir instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico. _____
- El personal con acreditación está clasificado como categoría B, según se refleja en el programa de protección radiológica. _____
- La instalación dispone de protocolo de asignación de dosis en el que se incluye la asignación de dosis de los trabajadores expuestos, realizado por la UTPR contratada, correspondiente al año 2022, firmado con fecha 3 de mayo de 2023. _____



CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, con número de registro 03/IRX/1745. _____
- Los equipos instalados disponen de certificado de conformidad del marcado CE. _____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) _____ firmado con fecha 24 de marzo de 2022. _____
- La instalación dispone de programa de protección radiológica y de garantía de calidad, que incluye normas y procedimientos de trabajo, actualizado con fecha 13 de marzo de 2023 y realizado por la UTPR contratada. _____
- El último certificado de conformidad periódico de la instalación ha sido firmado por la UTPR contratada con fecha 29 de mayo de 2023. _____
- El informe periódico de la instalación correspondiente al periodo 2022 ha sido realizado y remitido al Consejo de Seguridad Nuclear por la UTPR contratada, con fecha 30 de marzo de 2023. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis a paciente ha sido realizado por la UTPR contratada con fecha 15 de marzo de 2023. Está disponible el informe correspondiente en el que se refleja el estado aceptable de los equipos y correcto de la instalación. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en La Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.



Firmado por _____ el día
05/12/2023 con un
certificado emitido por
ACCVCA-120

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **ALIDENCLI ALICANTE 2019, S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2023.12.11
10:30:22 +01'00'