

**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

168481

CSN/AIN/01/IRA/2762/07  
Hoja 1 de 2

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado, acompañado de D. [REDACTED] y D<sup>a</sup>. [REDACTED] Inspectores acreditados por el CSN en la Comunidad Autónoma Valenciana, el día quince de octubre de dos mil siete, en **FLEJES INDUSTRIALES S.A.**, sita en [REDACTED] en Ibi (Alicante)


Que la visita tuvo por objeto efectuar la visita de inspección previa a la notificación de funcionamiento de una instalación radiactiva, destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido, cuya autorización de puesta en marcha fue concedida, por la Coselleria d' infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana con fecha 15 de enero de 2007

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director General, D. [REDACTED] de Organización industrial y D. [REDACTED] futuro Supervisor, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

- Disponen de tres equipos medidores de espesor [REDACTED], dos modelo [REDACTED] provistos de sendas fuentes de Am-241 de 300 mCi, nº 95 y 44, en fechas 14-3-74 y 2-11-71, situados en el laminador y otro equipo modelo [REDACTED] provisto de una fuente de Am-241 de 1Ci, nº 44 en fecha 28-6-73, situado en línea de corte. \_\_\_\_\_



Flejes Industriales S.A.  
[REDACTED]

**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

- Los equipos se encontraban señalizados. \_\_\_\_\_
- Tienen previsto acotar las zonas donde se encuentran los equipos e instalar señalización luminosa de funcionamiento. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ ha efectuado pruebas de hermeticidad a las fuentes con fechas 6-2-07 y 20-6-07. \_\_\_\_\_
- Disponen de un dosímetro de área en cada equipo, sin datos significativos y uno personal para el supervisor. \_\_\_\_\_
- En el Diario de Operación figura la situación de los equipos, pruebas de hermeticidad y recepción de dosímetros. \_\_\_\_\_
- Disponen de un monitor de radiación \_\_\_\_\_, nº 1807-003, calibrado en origen en febrero de 2007. \_\_\_\_\_
- Disponen de procedimiento de calibración y verificación del monitor de radiación. \_\_\_\_\_
- Disponen de manual de funcionamiento para el personal de la instalación.


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 738/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecisiete de octubre de dos mil siete.

Flejes Industriales S.A.

D. \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_

**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **FLEJES INDUSTRIALES S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Laminación en Frio de Flejes de Acero - Centro de Servicio de Productos Siderúrgicos - Fabricación y Corte de Tubos de Acero



**CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR**

Att. [Redacted]  
**INSPECTOR**

31 de octubre de 2007

Asunto: Remisión Acta Inspección  
Referencia: CSN/AIN/01/IRA/2762/07

Estimado Sr.

Una vez recibidas las Actas citadas en el asunto, tengo el gusto de remitirles las mismas firmadas por el representante autorizado de **FLEJES INDUSTRIALES S.A.**, D. [Redacted] director general de la empresa.

Así mismo le adjunto el documento en el que se justifica gráficamente mediante fotografías que ya se han realizado las acciones que en la citada inspección se estimaron oportunas, para se pueda redactar la notificación de funcionamiento de la instalación radiactiva.


En el caso de que necesitaran alguna información adicional por nuestra parte quedo a su entera disposición para hacérsela llegar lo antes posible.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente,

**flejes industriales, s.a.**  
[Redacted Signature]

[Redacted]  
**Supervisor de la instalación  
Flejes Industriales, S.A.**  
[Redacted]



C.I.F. ESA 03046125