

ACTA DE INSPECCIÓN

Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día 4 de junio de 2021 en las instalaciones del **CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS (MEDICINA ASTURIANA, S.A.)**, sitas en la avenida Richard Grandío, s/n de Oviedo (Asturias).



Que la visita tuvo por objeto inspeccionar el Servicio de Protección Radiológica ubicado en el emplazamiento referido, cuya autorización vigente (MO-1) fue realizada por el Consejo de Seguridad Nuclear en su reunión de 9 de mayo de 2017.

Que la inspección fue recibida por don _____ Jefe de Protección Radiológica (SPR), quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

I. Medios humanos

El personal con el que cuenta el SPR es: don _____, jefe de Protección Radiológica, con una dedicación a estas labores, según se manifiesta, de tres cuartos de su jornada laboral, aproximadamente, y se relaciona directamente con la Gerencia del Centro y con la de cada una de las instalaciones.-----

II. Ámbito de actuación, dependencia y organización

Ámbito de actuación.- El SPR da cobertura a las siguientes instalaciones:

IRA/1983
IRA/2462
IRA/2799
IRA/3026
RX/O-1122
RX/O-2068 (IR-1274, radiodiagnóstico).



Labores.- El SPR ha confeccionado y realiza las actualizaciones y revisiones del manual de protección radiológica así como de los procedimientos relacionados con él; elabora la documentación necesaria para las solicitudes de inscripción de instalaciones de radiodiagnóstico; realiza las pruebas de aceptación de los equipos de radiodiagnóstico; efectúa las pruebas de referencia inicial de los equipos; realiza las pruebas de hermeticidad de algunas fuentes encapsuladas; realiza las verificaciones de los monitores de radiación; centraliza la gestión de licencias; realiza la estimación de dosis a pacientes; se encarga de la gestión de residuos; controla la dosimetría del personal; se encarga del control de calidad.-----

Las averías de los equipos se gestionan por las propias instalaciones.-----

III. Medios

Medios materiales.- Las dependencias del servicio se encuentran en el despacho que tiene el JSPP en el IMOMA donde dispone el archivo y almacén de las fuentes de calibración y los equipos de medida.-----

Medios técnicos

Equipos de medida.- Además de los que se emplean en las instalaciones, disponen de dos monitores Thermo Radeye, uno B20, para contaminación y radiación, y, otro, G20-10, para radiación; así como un equipo Barracuda para el control de calidad de los equipos de rayos X.-----

Fuentes.- Dos fuentes de números de serie TF812 y TF824).-----

IV. Control dosimétrico y médico

Clasificación del personal y de las zonas de trabajo

La división del personal en categoría A, B o público así como la señalización de zonas se realiza de acuerdo con el Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y el procedimiento correspondiente. En radiodiagnóstico se considera clasificado como B (con dosímetro) a todo el personal salvo intervencionistas y hemodinamistas.-----

Control dosimetría

El control dosimétrico del personal se efectúa mediante dosímetros TLD de solapa y de muñeca para hemodinámica e intervencionismo. Tanto los trabajadores clasificados de categoría A como de categoría B utilizan dosímetros de solapa. No se realiza dosimetría de área para asignación de dosis a personas, únicamente se realiza para vigilancia y control de las zonas de trabajo. La lectura de los dosímetros se realiza por el Centro de Dosimetría de Barcelona.-----

Control sanitario

El propio Centro dispone de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.-----

Consta la presentación de los informes anuales correspondientes a 2018, 2019 y a 2020.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta, en Oviedo.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS (MEDICINA ASTURIANA, S.A.)**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



 GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Nº de verificación: 14154575440112144714  Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es
--	---

Datos del registro
Libro: Libro general de entradas
Unidad registral: INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Nº de registro:	ENT20210502890
Fecha y hora de registro:	09/06/2021 14:34
Identificador SIR:	O00000318_21_91561720
Interesado:	Dirección General de Industria
DNI/CIF:	023242624C
Asunto:	Respuesta al acta de inspección SPR/O-0002/2021 Conforme con el acta. Registre la entrada del Acta de inspeccion firmada digitalmente por el Jefe de Proteccion Radiologica de la instalacion citada, en representacion del titular.

Documentación presentada en el registro:
Puede consultar cada uno de los documentos aportados en: www.asturias.es

Nombre	Descripción	CSV	Validez
Acta_DECO-2021-2042_fi	Acta_DECO-2021-2042_firmada	13526247751034764272	
JustificanteFirmado REGA	JustificanteFirmado REGAGE21e0000	13526247776574573420	Original
XMLResumenSolicitudEN	XMLResumenSolicitudENI	13526247536341151626	Original

Oficina remitente:
O00000318 - Registro Electrónico General de la AGE
Unidad de tramitación remitente:
Oficina destinataria:
O00005852 - Registro de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Unidad de tramitación destinataria:
A03028872 - Dirección General de Industria

Justificante de Presentación

Datos del interesado:

NIF - 23242624C

Dirección: Calle La Regla, Bloque: 5, Escalera: d, Piso: 4, Puerta: B

Oviedo 33009 (Asturias-España)

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:	REGAGE21e00009933195
Fecha y hora de presentación:	09/06/2021 11:25:02
Fecha y hora de registro:	09/06/2021 11:25:02
Tipo de registro:	Entrada
Oficina de registro electrónico:	REGISTRO ELECTRÓNICO
Organismo destinatario:	A03028872 - Dirección General de Industria
Organismo raíz:	A03002951 - Principado de Asturias
Nivel de administración:	Administración Autonómica

Asunto: Respuesta al acta de inspección SPR/O-0002/2021

Expone: Conforme con el acta.

Solicita: Registre la entrada del Acta de inspeccion firmada digitalmente por el Jefe de Proteccion Radiologica de la instalacion citada, en representacion del titular.

Documentos anexados:

Acta firmada -

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro