

ACTA DE INSPECCION

D^a _____, D^a _____ y D. _____
_____, Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

CERTIFICAN: Que se han personado el día nueve de mayo de dos mil dieciséis en la calle _____, en Madrid, en la ubicación donde se encuentra la empresa **DENTAL 80 S.L.**, con NIF _____.

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación destinada a la venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico dental, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid en fecha 6 de mayo de 1997, y con sede ubicada en la calle _____ bajo izquierda en Madrid.

Que la Inspección fue recibida por D. _____ Director de la empresa, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La empresa se ubica en la calle _____, planta 1^º-2. _____
- Según se manifestó, la empresa Dental 80 no encomienda el servicio técnico a la empresa _____ (ERX/M-0011) sino que actualmente trabaja con las empresas de venta y asistencia técnica siguientes: _____ SL (ERX/AB-0001), _____ (ERX/M-0054) y _____ (ERX/B-0007).
- Según se manifestó, las marcas de los equipos dentales que comercializan son _____ y _____.

- Estaban disponibles algunos de los certificados de aceptación y de conformidad de los equipos (según anexo II de Real Decreto 1085/2009) del mes de abril de 2016. _____
- El último informe anual recibido en el CSN es del año 2002. _____

DESVIACIONES

- El cambio de domicilio social de la empresa de venta de equipos de Rayos X con fines de diagnóstico médico dental no ha sido notificado a la Administración de Industria de la Comunidad Autónoma (artículo 9 apartado 4 del Real Decreto 1085/2009). _____
- No se han remitido los informes anuales preceptivos desde el año 2003 (artículo 11 apartado i del Real Decreto 1085/2009). _____
- No estaban disponibles las copias de los certificados expedidos y de las pruebas de aceptación de los equipos vendidos (artículo 11 apartado h del Real Decreto 1085/2009). _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a nueve de mayo de dos mil dieciséis.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la empresa "DENTAL 80 S.L." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.