





- La instalación de Rayos - X se encuentra ubicada en la planta primera del edificio y consta de :

Sala 1: Generador marca [REDACTED] modelo [REDACTED] de 70 KV y 7 mA de características máximas.

Sala 2: Equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED]

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radiactivas; el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Palma de Mallorca en la sede de la Consejería de Comercio, Industria y Energía de Baleares a nueve de septiembre de dos mil ocho.



**TRAMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de la Clínica Dental de Doña [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

GOVERN DE LES ILLES BALEARS  
COMERÇ INDUST I ENER  
REGISTRE: ENTRADES  
Núm: 45982/2008  
Data: 22/09/2008

[REDACTED]  
O R T O D O N C I A  
[REDACTED]

**Govern de les Illes Balears  
Conselleria de Comerç Industria i Energia  
Direcció General d'Energia**

En Inca a 17 de Septiembre de 2008

[REDACTED] con D.N.I.: [REDACTED] certifica haber recibido el acta de inspección de la *Conselleria de Comerç Industria i Energia* con fecha 11/09/2008.

El resultado fue que la instalación no figura inscrita en la Dirección General de Industria siendo el motivo la espera de la documentación de [REDACTED] (empresa de venta de equipos radiológicos) y [REDACTED] empresa de unidad técnica de protección radiológica)

A día de hoy estos documentos ya han sido entregados a la empresa [REDACTED] siendo ella la encargada de presentarlos en la Conselleria.

*Diligencia: Entregar a [REDACTED] no es Registrar en la D.G. de Industria.*

Atentamente

Dra. [REDACTED]

*El Director*

*Dr.*

*23/09/2008*