www.csn.es

CSN/AIN/13/IRA/2485/14

SERVICIO CENTRAL DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA



Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

D , Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.
CERTIFICA: Que se personó el día ocho de abril de dos mil catorce en el SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, sito en , en Puerto Real (Cádiz).
Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación y cuya última autorización de modificación (MO-2) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 12 de diciembre de 2013.
Que la Inspección fue recibida por D . Supervisor y D. Operador, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:
- En el Diario de Operación figura la utilización de los equipos y la recepción de datos dosimétricos.
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador
- El personal de la instalación está clasificado en la categoría B
- Disponen de un difractrómetro de 55 kV.
- Disponen de un espectrómetro de rayos X portátil de la le 40 kV. nº T4S1499 POERTO REAL, #28
÷2

COPERVISOR

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/13/IRA/2485/14



del Acta.

Hoja 2 de 2

-	Disponen de la documentación del equipo.
-	Disponen de tres equipos homologados , uno modelo de 60 kV y dos
-	El monitor de radiación nº E0001374, se encuentra calibrado en e con fecha 28-3-2014.
~	Disponen de un dosímetro de área en cada una de las tres salas, sin datos significativos.
-	Efectúan reconocimientos médicos en
-	Han remitido al CSN el Informe Anual.
qu Le el po Ra pre	ue con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos e señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la y 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, r el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las adiaciones lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la esente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de guridad Nuclear a diez de abril de dos mil catorce.
18 CI I	RAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 36/1999, se invita a un representante autorizado de SERVICIO DE ENCIA Y TECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, para que con firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido

SOPERVISOR

POERTO REAL A 28 DE ABRIL DE SENT

أتملاف ساسات