

ADMÓN. PRINCIPADO DE ASTURIAS

Reg. Entrada Nº. 201071000039422
08/11/10 12:50:48

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día seis de octubre de dos mil diez en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] e Oviedo (Asturias), cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL [REDACTED] S.L., N.I.F. [REDACTED]**.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por don [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en agosto de 1998 (IR-335).-----

La instalación, de tercera categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Dispone de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X y dos delantales plomados con protector tiroideo, así como de Programa de Protección Radiológica de octubre de 2010.-----




Se encuentra instalado un equipo dental intraoral [REDACTED] número 109224-1259 y un [REDACTED] número de serie 952146.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad del equipo de rayos X por la empresa [REDACTED] en 2010.-----

DESVIACIONES

No se realiza control dosimétrico y se ha sustituido un equipo [REDACTED] por el [REDACTED] sin que conste su notificación al registro.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a trece de octubre de dos mil diez.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CLÍNICA DENTAL** [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]

Se aporta la siguiente documentación:

① Hoja de Registro de Industria del
Cambio de equipo:

④ baja [REDACTED]

⑤ Alta [REDACTED]

N/S 952146

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AST/AIN/01/RX/O-1261/10** de fecha 13 de octubre de 2010, correspondiente a la inspección realizada en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Oviedo, Asturias,

Se ha adjuntado copia de la solicitud de modificación de datos del Registro de Instalaciones Radiactivas presentado en fecha 6 de octubre de 2010.

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Se acepta el comentario.

Oviedo, 10 de enero de 2011

[REDACTED]

Fdo.:

[REDACTED]