

ACTA DE INSPECCION

D.  Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día veintiuno de febrero de dos mil once, en **NUCLEAR SUR, S.L. (Hospital infanta Luisa)**, sito en la calle  en Sevilla.



Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a Medicina Nuclear, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización para la puesta en marcha fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 7 de noviembre de 1996 y cuya última autorización de modificación (MO-1) fue concedida con fecha 11 de marzo de 2002.

Que la Inspección fue recibida por la Dra. D^a  Supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

- En el Diario de Operación figura el gasto de material radiactivo, tratamientos y gestión de residuos. _____
- Los generadores de Mo-Tc agotados los retira la firma suministradora y el resto son eliminados previo decaimiento, disponiendo de registros de las evacuaciones. _____





- Disponen de una habitación para el tratamiento de pacientes con I-131, con sistema de eliminación de orinas de [REDACTED] el cual es revisado anualmente. Disponen de los registros de las evacuaciones efectuadas y controles de contaminación. _____
- Disponen de normas de actuación para el paciente y visitas, así como registros diarios de dosis a diferentes distancias y tiempos de permanencia de personal y visitas. _____
- Efectúan medidas de contaminación en las habitaciones de tratamiento y en las superficies de trabajo. _____
- Disponen de dos equipos para detección de la radiación ambiental [REDACTED] situados en la cámara caliente y en el acceso de la habitación de tratamiento. _____
- El equipo de medida de la radiación [REDACTED] calibrado en el [REDACTED] con fecha 2-11-10, se utiliza para la verificación de los detectores de radiación ambiental y el equipo de medida de contaminación [REDACTED] calibrado en el [REDACTED] con fecha 18-9-08. _____
- Disponen de las siguientes fuentes radiactivas:

ISÓTOPO	NUMERO	ACTIVIDAD
Ba-133	19761	738 KBq
Ba-133	19754	727 KBq
Co-57	50080	3,09 MBq
Co-57	50054	4,01 MBq
Co-57 (líquido)	1027	237 MBq
Cs-137 (líquido)	7138	9,99 MBq


Efectúan pruebas de hermeticidad, ellos mismos, a las citadas fuentes.

Disponen de tres Licencias de Supervisor y cuatro de Operador. _____


- Disponen de dosímetros personales sin datos significativos. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en [REDACTED] _____
- El personal se encuentra clasificado en la categoría A. _____
- Han remitido al CSN el informe. _____




Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de febrero de dos mil once



[Faint handwritten text]





TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **“NUCLEAR SUR”** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.