

0012

CSN/AIN/01/RX/GU-1012/2012

Hoja 1 de 4

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día diecinueve de julio de dos mil doce en la Clínica La Antigua, cuyo titular es "Clínica La Antigua SLU", con CIF [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] en Guadalajara (C.P.- 19003).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde fecha 08/04/1998.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Gerente del Centro, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 5 equipos fijos, distribuidos del modo siguiente:

- Sala 1.- Equipo de Mamografía [REDACTED]
- Sala 1.- Equipo dental panorámico [REDACTED] 0.
- Sala 2.- Equipo Telemando con [REDACTED] US y con control [REDACTED]
- Sala 3.- Equipo de mamografía [REDACTED]
- Sala 4.- Equipo de Densitometría ósea [REDACTED]





CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- Todas las salas estaban señalizadas con trébol reglamentario. Según se manifestó, todas las paredes de las salas, excepto la del densitómetro óseo, se encuentran plomadas. Se comprobó que las puertas y visores también lo estaban. _____
- Disponían de delantales, guantes y otros protectores plomados. _____
- Eran visibles carteles de aviso a embarazadas. _____
- El equipo _____ está sin uso y, según manifestaron, va a ser dado de baja próximamente. _____
- La sala del densitómetro óseo disponía de una mampara plomada para protección del puesto del operador. _____
- Según manifestaron, no disponen de arcos de quirófano ni de equipos portátiles de grafía, aunque sí hay en el Centro un Área Quirúrgica. _____
- El sistema de captación de imagen y visualización de la misma, en la mayoría de los equipos era digital. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se utilizaban los distintos equipos, se efectuaron medidas de tasa de dosis en varios lugares, obteniéndose los resultados siguientes:
 - Tasa $\leq 180 \mu\text{Sv/h}$ en la zona de control del Telemando
 - Tasa $< 2 \mu\text{Sv/h}$ en la zona de control del mamógrafo en uso
 - Tasa $< 1 \mu\text{Sv/h}$ en la zona de control del ortopantomógrafo. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, el Director de la instalación es D. _____, que no se encontraba presente en el momento de la inspección y que dispone de Acreditación del CSN para Dirigir. _____
- Los operadores de los equipos son: D^a. _____, _____, ambas TER de formación. _____
- D^a _____ dispone de Acreditación del CSN para Operar, y D^a _____ la ha solicitado y consta que pagó las Tasas correspondientes aunque aún no dispone de la Acreditación. _____





- Había otras 5 personas también consideradas como Trabajadores Expuestos, 3 de ellos médicos de Urgencias, 1 radiólogo y 1 Supervisora de Enfermería, todos ellos clasificados de Categoría B. _____
- Estaba disponible la lectura actualizada del dosímetro personal de estas 8 personas. Sus valores anuales acumulados a Diciembre de 2011 eran todos menores a 0'3 mSv. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se mostró el Informe de resultados, de 25 de junio de 2012, de la revisión anual realizada por la UTPR _____ que incluía Control de Calidad de los equipos, revisión de áreas y medida de dosis a pacientes. En él no había anomalías reseñadas. _____
- Estaba disponible un ejemplar del Programa de Garantía de Calidad. ____
- Ha sido enviado al CSN el Informe Periódico reglamentario de 2011. ____
- Disponía de registro de las últimas incidencias o averías habidas. _____
- Disponían de un Certificado de Conformidad de la instalación fechado a 8 de septiembre de 2011. _____
- La última Declaración, presentada el 25/01/2011 en la Delegación de Industria, que informaba del cambio de titularidad de " _____ a "Clínica la Antigua SLU", no ha sido verificada en la instalación RX/GU-1012 sino que ha sido inscrita como una instalación de referencia RX/GU-0170. _____

DESVIACIONES

- No estaba disponible en el momento de la inspección un contrato escrito vigente la UTPR. Se incumple así el artículo 24 del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____
- No disponían del Programa de Protección Radiológica, incumpléndose así el artículo 18 del citado Real Decreto 1085/2009. _____





CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

JMGG/

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de julio de dos mil doce.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA LA ANTIGUA" (Guadalajara) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

le comunicamos expresamente que el acta al completo es público
Con firma



En Guadalajara a 23 de Julio de 2012



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14099

Fecha: 30-07-2012 13:09

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Pedro Justo Dorado 11
28040 Madrid

Guadalajara, 25 de julio de 2012

Estimado Sr.:

Tras recibir acta de Inspección de de referencia CSN/AIN/01/RX/GU-1012/2012 de fecha de salida 23 de Julio de 2012, nos ponemos en contacto con usted para mandarle el acta firmada, comunicándole expresamente que dicho acta es pública y pueden ser publicados de oficio o de cualquier persona física o jurídica.

También aprovechamos esta carta para remitirles los documentos de las desviaciones que el Sr. [redacted] comentó en su Inspección del día 19 de Julio. En primer lugar se acompaña el contrato que tenemos con [redacted] y en segundo lugar se acompaña el Programa de Protección Radiológica que redactó en 2010 [redacted] para Clínica la Antigua. Dichos documentos estaban en la empresa el día de la Inspección pero desordenados en el archivo de Radiodiagnóstico. Esperando sean de su agrado estos documentos aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

D. [redacted]
Gerente
Clínica La Antigua

