

## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día siete de octubre de dos mil diez en el Hospital de Jarrío sito en la [REDACTED] de Coaña (Asturias), cuyo titular es **HOSPITAL DE JARRIO, N.I.F. [REDACTED]**

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por su Director Médico, don [REDACTED] [REDACTED] las Responsables de la unidad, doña [REDACTED] doña [REDACTED] estando presente doña [REDACTED] Jefa del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica del HUCA quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última solicitud en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada el 5 de octubre de 2010.-----

La instalación, de primera categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Dispone de tres acreditaciones para dirección de instalaciones de rayos X y siete para operación habiéndose solicitado otras cinco





licencias de operador; varios delantales plomados con protector tiroideo; así como de Programa de Protección Radiológica.-----


Se encuentran instalados: M [REDACTED] número de serie 1018); Telemando [REDACTED] (4050), Radioquirúrgico [REDACTED] (CE0344), TAC [REDACTED] y [REDACTED] (1863).-----


Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por el Servicio de Física Médica y Protección Radiológica del HUCA en septiembre de 2010.-----

Se realiza control dosimétrico de dieciséis usuarios por [REDACTED] siendo la última lectura de agosto de 2010 sin presentar valores significativos.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a trece de octubre de dos mil diez.


**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **HOSPITAL DE JARRIO**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.





SERVICIO DE SALUD  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


Gerencia de Atención Especializada y  
Atención Primaria



Área Sanitaria

Fecha: 20 de Octubre de 2010  
N/Ref.: RDV/clf  
S. Ref: CSN/AST/AIN/01/RX/0-1039/10  
Asunto: Remisión de Acta de Inspección


DESTINATARIO:  
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA  
Plaza de España, 1-4º  
33007-OVIEDO

Área Sanitaria		SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
		HOSPITAL DE JARRIO
20 OCT. 2010		
SALIDA Nº. _____		
HORA: _____		

Tal como nos solicitan en su escrito de entrada en el registro de este Centro el 15 de octubre, les adjuntamos un ejemplar del acta citada en el asunto, una vez firmada por el Gerente del Hospital de Jarrío.

Un saludo.

EL GERENTE

  
Área Sanitaria  
SERVICIO DE SALUD  
[Redacted]  
DIRECTOR MEDICO  
Gerencia