

204732



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó, el día siete de septiembre de dos mil once, en el **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**, sito en la calle [REDACTED] en Madrid.


Que la visita tuvo por objeto realizar una inspección a una instalación radiactiva destinada a radioinmunoensayo, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización de modificación (MO-2) fue concedida por la Dirección General de la Energía, con fecha 17 de marzo de 1993.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Jefe del Servicio de Dosimetría y Radioprotección, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

- Disponen de Diario de Operación, donde figura la entrada y el gasto de material radiactivo. _____
- En el Laboratorio se encuentra un frigorífico para el almacenamiento de material radiactivo, contador Cobra II y cubos de residuos. _____
- El Servicio de Dosimetría y Radioprotección efectúa la retirada de residuos, vigilancia radiológica y verifica los equipos de medida de radiaciones. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor y cuatro de Operador. _____




avaliario
CSN
Servicio de Radiología
ría



- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- El personal se encuentra clasificado en la categoría B. _____
- Han remitido al CSN el informe anual. _____


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a ocho de septiembre de dos mil once.



=====

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME



Madrid, 21 de septiembre de 2011

Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
Comunidad de Madrid
Dosisimetría
Inspección